

**Nazwa zadania:**

**Dostawa 6 sztuk Akumulatorów do pompy do kontrapulsacji wewnątrzortalnej Cardiosave Hybrid.**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Akumulator do pompy do kontrapulsacji wewnątrzortalnej Cardiosave Hybrid – 6 szt.**

- 15 VDC, 14,3 Ah
- szczelnie zamknięty
- litowo-jonowy, bezobsługowy
- akumulatory fabrycznie nowe, nieużywane
- akumulatory wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy
- na każdym egzemplarzu musi być umieszczona data produkcji akumulatora
- gwarancja min. 6 miesięcy
- dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru zużytych akumulatorów