



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 15 lutego 2017r.

AG.ZP.3320.66. .16/17

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, płynów i odczynników pomocniczych oraz materiałów zużywalnych do Pracowni Immunologii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów immunochemicznych i sortera próbek dla potrzeb Laboratorium Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania Troponiny, która zgodnie z wymaganiami Towarzystw Kardiologicznych, w tym PTK ma współczynnik zmienności przy 99 percentylu na poziomie  $\leq 10\%$  CV?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga zaoferowania Troponiny I spełniającej aktualne wymogi PTK.

### **Pytanie 2**

Prosimy o podanie informacji, jaki procent badań będzie wykonywany na analizatorze zapasowym?

#### **Wyjaśnienie:**

Na analizatorze zapasowym będą wykonywane: Troponina I oraz CK MB mass w takiej samej ilości jak na analizatorze głównym, pozostałe badania w ilości ok. 10 % ilości wykonywanej na analizatorze głównym.

### **Pytanie 3**

Czy w związku z wymogiem „zaoferowania analizatorów pracujących bez konieczności podłączenia do stacji uzdatniania wody” Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatorów wymagających do sporządzenia roztworów myjących dostarczenia wody z innego źródła niż bezpośrednie podłączenie do stacji uzdatniania wody?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga dostarczenia wody z innego źródła niż bezpośrednie podłączenie



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

do stacji uzdatniania wody. Zamawiający wymaga aparatów bez stacji uzdatniania wody.

**Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „odczynniki i kalibratory pochodzące od jednego producenta” oznacza, że oferowana para odczynnik i przynależny do niego kalibrator pochodzą od jednego producenta i są dedykowane do wykorzystania w oferowanych analizatorach.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza wymóg aby zestaw: odczynnik i przynależny do niego kalibrator pochodziły od jednego producenta i były przeznaczone do wykorzystania na oferowanych analizatorach.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty instrukcji użytkowania oferowanych analizatorów na płycie CD? Instrukcje obsługi aparatów są bardzo obszerną dokumentacją, wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do przesłania wersji papierowej wraz z dostawą aparatów.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, instrukcja użytkowania dzierżawionych aparatów będzie dokumentem składanym na żądanie zamawiającego a nie wraz z ofertą.

*Lek. med. Marek Lipiec  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*