



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2015-03-16



URS is a member of Register of Standards Holding Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AJK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AJK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

AOT.IK 2121.2.21.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wykonanie przeglądu okresowego rezonansu magnetycznego 1,5 T Achieva Nova Dual prod Philips wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytania i odpowiedź

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę § 1 ust 3 wzoru umowy oraz we wszystkich innych miejscach gdzie opisany jest szczegółowy zakres przeglądu rezonansu jak następuje:

„System chłodzenia ciekłym helem ( ciśnienie, system wody i oleju, sprawdzenie działania głowicy chłodzącej”

Słowo „konserwacja głowicy chłodzącej” wg instrukcji serwisowej producenta to oprócz samego sprawdzenia poprawności działania głowicy, także wymiana kilku elementów, które podlegają naturalnemu zużyciu. Koszty tych elementów są dość wysokie, a ich wymiana dokonywana jest dopiero po zaleceniu i inspekcji przez inżynierów serwisu na podstawie aktualnego stanu technicznego. Proponujemy, aby taka wymiana była dokonywana tylko w przypadku konieczności oraz po akceptacji oferty cenowej Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zakresu serwisu oprócz przeglądów, także na wszystkie naprawy z wyłączeniem części zamiennych, co przy tak skomplikowanym systemie rezonansu, jest wysoce wskazany i wydaje się być optymalnym minimum w celu zapewnienia przedłużenia prawidłowej eksploatacji systemu i pomaga na bieżąco kontrolować krytyczne parametry temperatury, wilgotności, helu itp. .... a przez to, potencjalnie wcześniej wykryć zagrożenia i ewentualnie straty materialne.

Z kalkulacji Wykonawcy wynika, że takie wynagrodzenie za ryczałtową obsługę nie przekroczyłoby progu 30 000 € co pozwoli zachować skróconą procedurę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy liczone za zwłokę? Wprowadzenie do umowy proponowanie zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „ Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej ( z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich w tym wszelkich utraconych zysków ) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w § 3 umowy”?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Administracyjno-Technicznych  
mgr inż. Bernarda Petryk