



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18 marca 2016 r.

AG.ZP.3320.13. .16

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu zabiegowego dla Pracowni Elektrofizjologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści cewnik ablacyjny dwukierunkowy 8 mm o długości 110 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4 i 5:

Czy w ramach dostarczenia próbek do zadania 4 i 5 należy dostarczyć także kabel połączeniowy do Stockerta? Jeśli tak, to czy kabel ma być dostarczony w ilości po jednym do każdego zadania, czy też w przypadku, gdy jest to ten sam kabel, wystarczy dostarczyć tylko jeden kabel dla obu zadań?

Wyjaśnienie: W ramach dostarczenia próbek do zadania 4 i 5 należy dostarczyć także kabel połączeniowy do Stockerta. W przypadku, gdy jest to ten sam kabel, wystarczy dostarczyć tylko jeden kabel dla kilku zadań.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

