



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



URS is a member of Registrar of Standards (rsd.org.uk) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość, dnia 16.03.2015 r

AG.Z.2150.10.2.2015

Dotyczy : odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny jednorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1-dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu minimalnie różniącego się od wymaganego?

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm (2-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna), organizatory przewodów
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów (2- warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm z łata chłonną 25 x 60 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna), organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x 190 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 2-dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu minimalnie różniącego się od wymaganego?

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85 cm), składane teleskopowo

- 4 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15x50 cm (3-warstwowa na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 15x50 cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łąta chłonna)
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75 x 190 cm
Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 3-dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety 3- warstwowej (PP+PP+PE), spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety 3- warstwowej (PP+PP+PE).

Pytanie nr 4-dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 67g/m² i 117 g/m² w części wzmocnionej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów o w/w gramaturze i parametrach.

Pytanie nr 5- do zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona czerwona o wym. 80 cm x 140 cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80 g/m². Serweta składana teleskopowo z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym- co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%

1 serweta o wym. 170 cm x 180 cm

- Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu krytycznym łąta chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50cm x 80cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.
- 1 x serweta o wym. 170 cm x 240 cm
- Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu krytycznym łąta chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30cm x 80cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.
- 2 x serweta o wym. 70 cm x 90 cm
- serweta dwuwarstwowa (włóknina+ laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350 % serweta z przylepcem
- 1 x taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm
- 4 x serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
- serwetka z włókniny spuniacie o gramaturze 45 g/m²

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 6- do zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu chirurgicznego w kolorze niebieskim, fioletowym lub zielonym (bluza+spodnie) wykonany z włókniny SMS z apreturą antystatyczną o gramaturze 35 g/m². Koszula z krótkim rękawem i okrągłym wycięciem pod szyją z kieszeniami z obu stron oraz jedna kieszenią na klatce piersiowej, spodnie wiązane na sznurek. Rozmiar S, M,L, XL.

Pytanie nr 7- do zadania nr 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań chirurgicznych – bluza+ spodnie- wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 49 g/m², antystatycznej niepyłającej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego.

- Bluza- krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy
- spodnie- ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażona w nap,
- sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru- oddzielnie pakowane bluzy i spodnie

Kolor niebieski lub zielony, w rozmiarach XS, S,M,L,XL,XXL, 3XL, 4XL?

Odpowiedź do pytania 6 i 7:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie nr 8- do zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego dwuwarstwowego w strefie krytycznej (włóknina 23 g/m²+ folia PE 40 mikronów), w strefie mniej krytycznej folia PE 40 mikronów: skład zestawu:

- serweta górna z taśmą samoprzylepną- ekran anestezyjologiczny 240x150 1

- serweta boczna z taśmą samoprzylepną	75x90	2
- serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
- taśma samoprzylepna	9x 49	1
- ręczniki chłonne	18x25	4
-serweta na stolik-(owinięcie zestawu)	140x190	1

Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przyklepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób). Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet folia-folia. Sterylizowane radiacyjnie.
Zestaw zgodny z norma PN EN 13795

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 9- do zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego trójwarstwowego w strefie krytycznej włóknina 23g/m²+ folia PE 40 mikronów + włóknina wiskozowa 20g/m², skład zestawu:

- serweta górna z taśmą samoprzylepną- ekran anestezyjologiczny	240x150	1
- serweta boczna z taśmą samoprzylepną	90x75	2
- serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
- taśma samoprzylepna	9x 49	1
- ręczniki chłonne	18x25	4
- osłona na stolik MAYO	79x145	1
-serweta na stolik-(owinięcie zestawu)	150x190	1

Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przyklepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób). Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet folia-folia. Sterylizowane radiacyjnie.
Zestaw zgodny z norma PN EN 13795

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 10- do zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 3-warstwowej, pełno barierowej (w strefie krytycznej włóknina 23g/m²+ folia PE 40 mikronów+ włóknina wiskozowa 20 g/m²) 75 x90 cm, z taśmą lepnią na całej długości jednego z boków, gdzie informacje o numerze katalogowym, dacie ważności i numerze serii są wydrukowane na opakowaniu jednostkowym, spełniające wymogi normy PN EN 13795?

Pytanie nr 11- do zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny, rozm. 75x120 cm, bez taśm lepnych, pakowana po 2 szt, sterylizowana radiacyjnie, wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 50 mikronów+ włóknina celulozowa 20g/m², mankiet folia-folia, opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki(przyklepne

zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).
Osłony zgodne z normą PN EN 13795.

Pytanie nr 12- do zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny, rozm. 53x118 cm, pakowana po 2 szt, wyposażona w dodatkowe 2 taśmy lepne do mocowania, sterylizowana tlenkiem etylenu, mankiet folia- papier, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63 g/m² i spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w dwie metki (przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób))?

Odpowiedź do pytania 10,11,12:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert.

Jednocześnie ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert:

- termin składania ofert -24 marca 2015 roku do godziny 12.00
- termin otwarcia ofert-24 marca 2015 roku godzina 13.00

*Z-CA DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa*

lek. med Marek Lipiec