



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19.06.2015r.

AG.Z.2150.12.1.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pulsoksymetrów wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

Dot pkt 1

„ Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr współpracujący z opatętowaną technologią typu Masimo lu Nellcor a nie wykonanego przez właściciela patentu firmę Massimo?.”

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 2:

Dot pkt 4

„ Czy z uwagi na wymóg zasilania sieciowego, Zamawiający uzna za wystarczające zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na 3 godziny pracy?.”

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 3:

Dot pkt 9

„ Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości pulsu w zakresie od 30 ud/min? ”

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 4:

Dot pkt 12

„ Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z czytelniejszym ekranem typu TFT LCD ?”

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 5:

Dot pkt 13

„ Uproszczenie funkcji pletyzmogramu w postaci słupka nie jest czytelną ani przydatną formą informacji klinicznej. Prosimy o zmianę tego parametru lub dopuszczenie prezentacji pełnej krzywej pletyzmograficznej w postaci ogólnie przyjętej tj graficznej na

AG.Z.2150.12.1.2015



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

ekranie w postaci czytelnego wykresu.”

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 6:

Dot pkt 18

„ Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zmian wysokości tonu saturacji podczas jej zmian a ze zmiennym skokiem sygnału dźwiękowego wraz ze zmianą bicia serca oraz programowalnym alarmem dźwiękowym i wizualnym saturacji oraz pulsu.”

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 7:

Dot pkt 23 i 24

Czy w miejsce proponowanego wymogu , Zamawiający dopuści pulsoksymetr oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, sygnalizując jedynie w przypadku słabego sygnału przepływu krwi (niska perfuzja)?

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 8:

Dot pkt 25

Czy Zamawiający dopuści bardzo dokładny pulsoksymetr bez konieczności ustawienia zakresów czułości ?

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek med. Andrzej Mielcarek