



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22.06.2015r.

AG.Z.2150.12.1.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pulsoksymetrów wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zapisem do 48 godzin trendów pulsu i SpO2 ?.”

Pytanie 2:

„ Czy Zamawiający wymaga, aby pulsoksymetr miał czujniki SpO2 kompatybilne z tymi stosowanymi w przypadku kardiomonitorów ?.”

Pytanie 3:

„ Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym w technologii Nellcor Oximax, z przewodem monitorowania saturacji kompatybilnym z jednorazowymi i wielorazowymi czujnikami? ”

Pytanie 4:

„ Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zasilaniem z wewnętrznego akumulatora min 5 godzin z możliwością wymiany na 10-cio godzinny ? ”

Pytanie 5:

„ Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 1,6 kg ?.”

Pytanie 6:

„ Czy Zamawiający dopuści urządzenie o większej dokładności pomiaru saturacji tj 70% do 100% +/- 2 cyfry oraz 60% do 80% +/- 3 cyfry.”

Pytanie 7:

„ Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z kolorowym wyświetlaczem typu LED o kącie widzenia 30 stopni, bez możliwości regulacji kontrastu wyświetlacza ? ”

AG.Z.2150.12.1.2015



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 8:

„ Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyświetlające krzywą pletyzmograficzną zamiast wykresu słupkowego? Krzywa pletyzmograficzna prezentuje w czasie rzeczywistym natężenie pulsacji i jest bardzo czytelna w porównaniu do analizy zmieniających się kolorów słupka.

Pytanie 9:

„ Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr ze wskaźnikiem perfuzji 8-segmentowym? Pokazuje tętno oraz względną amplitudę tętna (bez normalizacji) Przy zwiększaniu wykrywanego tętna z każdym uderzeniem serca zostanie wyświetlona większa.”

Pytanie 10:

„ Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, którego wskaźnik perfuzji wynosi 0,03-20%?”

Pytanie 11:

„ Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr który posiada czułość pomiaru w dwóch zakresach szybkim i normalnym?”

Pytanie 12:

„ Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji zabezpieczenia przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby ?”

Pytanie 13:

„ Czy Zamawiający dopuści czujnik z kablem poniżej 90cm? Długość kabla przedłużającego ma ok. trzy metry, a dodatkowo każdy czujnik posiada swój kabel”

Odpowiedź dla pytań od 1 do 13:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian, zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek med. Andrzej Mielcarek