



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13.10.2015 r



AG.Z.2150.12.2.2015

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWOSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę lamp do fototerapii noworodków wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści regulację nachylenia osłony lampy +/- 20° w płaszczyźnie poziomej? Oraz czy Zamawiający wymaga lampy z możliwością pomiaru temperatury skóry dziecka w zakresie 25 °C - 40°C ?

### Odpowiedź

Zgodnie z opisem podanym w zaproszeniu do złożenia ofert .

### Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy z zakresem intensywności światła ustawianym na 5 krokach: 80 , 65 , 50 , 35 , 20 .

### Odpowiedź

Powyższe parametry są zgodne z opisem podanym w zaproszeniu do złożenia ofert .

### Pytanie Nr 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy ze skuteczną powierzchnią naświetlania 50 x 30 cm .

### Odpowiedź

Powyższe parametry są zgodne z opisem podanym w zaproszeniu do złożenia ofert .

### Pytanie Nr 4

pkt 5- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii noworodków z zakresem regulacji wysokości lampy od 120 do 155 cm ?

### Odpowiedź

Zgodnie z opisem podanym w zaproszeniu do złożenia ofert .

### Pytanie Nr 5

pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii noworodków z max poziomem hałasu podczas pracy do 38 dB ?

### Odpowiedź

Zgodnie z opisem podanym w zaproszeniu do złożenia ofert .

### Pytanie Nr 6

pkt 12 - Co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem : „Możliwość płynnego pochylenia czaszy lampy w zakresie 0-90% ?”

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii noworodków z możliwością pochylenia czaszy lampy we wszystkich osiach w zakresie 0-35” .  
Odpowiedź

Zgodnie z opisem podanym w zaproszeniu do złożenia ofert .

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
(-) lek.med. Andrzej Mielcarek*