



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



UKS is a member of Register of Standards Holding Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

Zamość 2015.03.02

AG.Z.2150.29.2.2015

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę odczynników dla potrzeb Pracowni Hematologii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 :

Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki oraz materiał kontrolny do analizatorów hematologicznych Sysmex XT-4000i były zgodne z instrukcją obsługi analizatorów (zaleceniami producenta analizatorów) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych?

Odpowiedź

Tak. Odczynniki i kalibratory muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatorów.

Pytanie nr 2 :

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników o parametrach zgodnych ze składem chemicznym podanym w instrukcji obsługi analizatorów Sysmex XT-4000i ?

Zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi analizatorów Sysmex XT – 4000i warunkiem korzystania z urządzenia jest stosowanie wyłącznie odczynników i środków czyszczących wymienionych w instrukcji obsługi.

Odpowiedź

Tak. Odczynniki muszą posiadać parametry zgodne ze składem chemicznym podanym w instrukcji obsługi.

Pytanie nr.3 :

Czy Zamawiający wymaga, aby przy pierwszym podłączeniu odczynników do analizatorów, nie wpływały one na dokonywanie w analizatorach jakichkolwiek modyfikacji oraz dodatkowych kalibracji ?

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby podłączenie odczynników do analizatora nie skutkowało wykonywaniem jakichkolwiek modyfikacji w ustawieniu analizatorów oraz dodatkowych kalibracji.

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek