



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17.03.2015r.

AG.Z.2150.2.1.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do mechanicznego leczenia udaru mózgu wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź .

Pytanie 1:

„ Czy w zadaniu 9 Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki balonowe szyjne o długości 14mm zamiast wymaganych 15mm, długość robocza 135 lub 140cm?”

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe zarówno 14mm jak i 15mm



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec