



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dn. 08.07.2015 r.



AG. Z.2150.31.3a.2015

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

**Dotyczy : odpowiedzi na pytania .**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę łyżek do wewnętrznej defibrylacji wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wewnętrzne łyżki defibrylacyjne do defibrylatora XL o nr katalogowym M4735A będące w ofercie firmy Philips .

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na łyżki defibrylacyjne XL o nr kat. M4735A firmy Philips .

2. Czy Zamawiający może doprecyzować parametr: łyżki dla dorosłych , średnica 5cm/7,5cm?. Czy Zamawiający będzie wymagał łyżek wewnętrznych o średnicy 6 cm czy o średnicy 7,5cm ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem Zamawiający dopuszcza obydwa wymiary średnic łyżek tj. 6 cm i 7,5 cm , bowiem mieszczą się w przedziale od 5 do 7,5 cm .

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużony termin realizacji od daty złożenia zamówienia do 5 tygodni?

**Odpowiedź:** Tak.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

AG. Z.2150.31.3a.2015

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek

Strona 1/1