



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość 2015.08.19



URS is a member of Register of Standards (1444)pl Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

AG.Z.2150.35. 10 . 2015

Dotyczy : odpowiedzi na pytanie .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę materacy i pokrowców wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 dot. zadanie nr 1 i 2

Czy Zamawiający wykreśli wymóg p.IV,2.2. z zapytania ofertowego przy zachowaniu pozostałych punktów .

Odpowiedź :

Dla kpl. materac + pokrowiec podtrzymujemy wymagania deklaracji zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych . Wymaganie to nie dotyczy zakupowanych oddzielnie pokrowców , które samodzielnie nie są wyrobem medycznym . Wymagamy jednak deklaracji zgodności kpl materac+ pokrowiec z którego pochodzi oferowany pokrowiec . W przypadku pokrowca nie występującego w komplecie wymagany jest atest PZH dopuszczający do użytkowania w Szpitalach .

Pytanie nr 2 dot. zadanie nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści dołączenie atestu higienicznego wystawionego przez Państwowy Zakład Higieny do stosowania w Szpitalach w zamian za Deklarację CE.

Odpowiedź

W zadaniu nr 1 poz. 1 Zamawiający nie dopuszcza , aby zaoferowane wyroby nie były zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych . Dla pozostałych pozycji asortymentowych nie będących wyrobami medycznymi Zamawiający dopuszcza atest wystawiony przez PZH dopuszczający do stosowania w Szpitalach .

Pytanie Nr 3 dot. zadania nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 2 .

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie Nr 4

Proszę o podanie czy materac ma być gładki czy profilowany ?

Odpowiedź

Materac ma być gładki .

Pytanie Nr 5

Proszę Zamawiającego o podanie gęstości pianki z jakiej ma być materac ?

Odpowiedź

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Materac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w zaproszeniu do złożenia ofert ma być wykonany z pianki o gęstości 25 do 28 kg/m<sup>3</sup> .

Pytanie 6

Proszę o podanie maksymalnego obciążenia materaca.

Odpowiedź

Maksymalne obciążenie materaca – standard .

*GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
(-) mgr Andrzej Gryn*