



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dn. 27.03.2015 r.



AG. Z.2150.35.2.2015

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001 : 2008

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po

PN-N 18001 : 2004

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę stolików/ wózków medycznych wpłynęły pytania .

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001 : 2005

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po

ISO 22000 : 2005

### Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach? 820 x 720 x 880 mm (wymiary blatu 750 x 650 mm) ?

#### Odpowiedź:

Wiążący jest opis zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert .



KOMITET  
UPOWOSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

### Pytanie 2- dotyczy zadania nr 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 765 x 470 x 880 mm (wymiary blatu 650 x 400 mm)?

#### Odpowiedź:

Wiążący jest opis zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert .

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

### Pytanie 3- dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z blatem wykonany ze stali kwasoodpornej?

#### Odpowiedź:

Wiążący jest opis zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert .

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

### Pytanie 4 – dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej?

#### Odpowiedź:

Tak.

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

### Pytanie 5 – dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej nie malowanej?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wózek wykonany ze stali kwasoodpornej .

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

AG. Z.2150.35.2.2015

Strona 1/5

**Pytanie 6 – dotyczy zadania nr 7**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej (blat, podstawa i szuflady)?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z pojemnikiem na odpady z pokrywą stałą?

**Odpowiedź dotyczy w/w pytań:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w zaproszeniu do składania ofert na dostawę stolików/ wózków medycznych.

**Pytanie 7 – dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez zdejmowanego blatu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w zaproszeniu do składania ofert na dostawę stolików/ wózków medycznych.

**Pytanie 8 – dotyczy zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który w miejsce gumowego zderzaka ma 4 tworzywowe odboje umieszczone nad kołami?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 9 – dotyczy zadania nr 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek który w miejsce gumowego zderzaka ma 4 tworzywowe odboje umieszczone nad kołami?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 10 – dotyczy zadania nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który w miejsce gumowego zderzaka ma 4 tworzywowe odboje umieszczone nad kołami?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 13**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który w miejsce gumowego zderzaka ma 4 tworzywowe odboje umieszczone nad kołami?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak wyposażony w koła fi 50 mm ?

**Odpowiedź dotyczy w/w pytań:**

Tak.

**Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokość wózka 90 cm?

**Odpowiedź:**

Wiążący opis zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert .

**Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści wysokość wózka 90 cm, szerokość wózka 80 cm, głębokość

wózka 60 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 14- dotyczy zadania nr 7**

1. Czy Zamawiający dopuści w nadstawce anestezyjologicznej 9 uchylnych, przejrzystych pojemników (4 dużych i 5 mniejszych)?

2. Czy Zamawiający dopuści uchwyt do przetaczania wózka umieszczony z boku wózka i blat z tworzywa ABS z trójstronną galeryjką?

**Odpowiedź dotyczy w/w pytań:**

Nie.

**Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 8**

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny, którego korpus wykonany jest na profilu aluminiowym wypełnionym wysokiej jakości płytą laminowaną o klasie higienicznej E1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wózek wykonany z materiału podanego w pytaniu .

**Poniższe pytania (7) dotyczą zadania nr 7:**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad wypełnionych wyjmowanymi wkładami z tworzywa pozwalającymi przechowywać niezbędne wyposażenie (2 głębokie- 150 mm i 3 płytkie- 105 mm) z mechanizmem blokowania zapobiegającym wysuwaniu szuflad podczas jazdy? Jest to ilość optymalnie dostosowana do przechowywania dużej ilości leków i materiałów medycznych.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad w konfiguracji:

-2 szuflady o głębokości roboczej 105 mm

-2 szuflady o głębokości roboczej 150 mm

-1 szuflada o głębokości roboczej 210 mm

odlewanych w całości bez elementów łączenia , bez szczelin w połączeniach wewnętrznych i miejsc umożliwiających kumulację brudu z mechanizmem blokowania zapobiegającym wysuwaniu szuflad podczas jazdy? Jest to ilość optymalnie dostosowana do przechowywania dużej ilości leków i materiałów medycznych.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w tworzywowy pojemnik na akcesoria medyczne o wysokości 100 mm montowany do boku wózka zamiast koszyka? Oferowane rozwiązanie umożliwia łatwy dostęp do akcesoriów bez ryzyka ich wypadnięcia podczas przetaczania wózków, co w przypadku kosza jest niemożliwe.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek bez miski na

odpady? Biorąc pod uwagę fakt, że wózek wyposażony będzie w kosz na odpady oraz pojemnik na zużyte igły/ ostre elementy, to nie ma potrzeby stosowania miski, która jest rozwiązaniem niepraktycznym i mało higienicznym.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który z uwagi na inny system montażu dodatkowego wyposażenia nie posiada szyn instrumentalnych aczkolwiek wyposażony będzie we wszystkie akcesoria wymagane przez Zamawiającego? W oferowanym wózku każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w relingi z 14 punktami mocowania akcesoriów, co eliminuje konieczność stosowania szyn.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w jeden uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej z dodatkową trójstronną bandą ochronną zabezpieczającą z trzech stron przewożone przedmioty? Jest to rozwiązanie równie korzystne jak to wymagane.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w jeden uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej z blatem zabezpieczonym z 4 stron przed zsuwaniem się pojemników? Jest to rozwiązanie równie korzystne jak to wymagane.

#### **Odpowiedź dotyczy pytań 5,6,7**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w zaproszeniu do składania ofert na dostawę stolików/ wózków medycznych.

#### **Odpowiedź dotyczy pytań 1,2,3,4,**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózków o w/w parametrach przy zachowaniu pozostałych parametrów.

#### **Poniższe pytania (6) dotyczą zadania nr 8.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który nie jest lakierowany proszkowo farbami wzbogaconymi naturalnym środkiem antybakteryjnym? Powłoka antybakteryjna jest warstwą ścieralną i nie eliminuje konieczności dezynfekcji wózka – stanowi jedynie ograniczenie konkurencyjności składanych ofert.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 szuflady w konfiguracji:
  - 1 szuflada o głębokości roboczej 105 mm
  - 2 szuflady o głębokości roboczej 150 mm
  - 1 szuflada o głębokości roboczej 210 mm (na płyny anestetyczne)?Jest to ilość optymalnie dostosowana do przechowywania dużej ilości leków i materiałów medycznych. Ponadto w pkt. 1 Zamawiający określił, że oczekuje do zaoferowania 4 lub 5 szuflad, a więc jest to rozwiązanie spełniające wymagania dotyczące wózka w tej kwestii.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w szuflady typu skrzynkowego z wyciąganymi tworzywowymi pojemnikami wykonanymi z tworzywa ABS bez szczelin w połączeniach wewnętrznych i z wyoblonymi krawędziami? Jest to rozwiązanie równie korzystne jak to wymagane i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z blatem wykonany z tworzywa poliuretanowego Baydur? Jest to rozwiązanie gwarantujące nadzwyczajną trwałość i wytrzymałość przy zachowaniu mniejszej

masy oraz zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do stali kwasoodpornej, która podatna jest na wgniecenia. Baydur jest tworzywem łatwym w czyszczeniu, odporny na uderzenia i zarysowania, promienie UV oraz popularne środki dezynfekcyjne stosowane w większości szpitali, co czyni go rozwiązaniem tożsamym z wymaganymi.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który z uwagi na inny system montażu dodatkowego wyposażenia nie posiada szyn instrumentalnych / szyn sprzętowych aczkolwiek wyposażony będzie we wszystkie akcesoria wymagane przez Zamawiającego ? W oferowanym wózku każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w relingi z 14 punktami mocowania akcesoriów, co eliminuje konieczność stosowania szyn.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w tworzywoowy pojemnik na cewniki? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

#### **Odpowiedź dotyczy pytań 1,4,6**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w zaproszeniu do składania ofert na dostawę stolików/ wózków medycznych.

#### **Odpowiedź dotyczy pytań 2,3,5**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózków o w/w parametrach przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek