



Zamość dn. 07.05.2015 r.



AG. Z.2150.44.2.2015

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę mebli medycznych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

I. Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 850 x 2000 mm?
Odpowiedź: tak
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2150 x 970 mm?
Odpowiedź: nie
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta, natomiast w oparciu pleców wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG?
Odpowiedź: tak
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi?
Odpowiedź: nie



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

II. Dotyczy zadania nr 2

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 550 x 320 mm?
Odpowiedź: tak
2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości z blatem bocznym 560 mm?
Odpowiedź: tak
3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 780 – 1180 mm?
Odpowiedź: tak
4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

AG. Z.2150.44.2.2015

Strona 1/3

Odpowiedź: nie

5. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji w zadaniach 1 i 2 do 6 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź: nie

III. Dotyczy zadania nr 6

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 szuflady :

- 1 szuflada o wymiarach :560x380x105mm?
- 2 szuflady o wymiarach :560x380x157mm?
- 1 szuflada o wymiarach :560x380x210 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wózek wyposażony w 4 szuflady o w/w parametrach .

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 szuflady:

- 1 szuflada o wymiarach :360x380x105mm?
- 2 szuflady o wymiarach :360x380x157mm?
- 1 szuflada o wymiarach :360x380x210mm?

Odpowiedź: nie.

3. Czy Zamawiający dopuści szuflady o następujących wymiarach frontów:

- 553mm x 450mm x 76mm
- 553mm x 450mm x 155mm
- 553mm x 450mm x 234mm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wózek wyposażony w szuflady o w/w parametrach .

IV. Dotyczy zadania nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści wózkowaną o poniższej specyfikacji:

Wózek transportowo – kąpielowy z regulacją wysokości hydrauliczną w zakresie:

- a.) 850-1250 mm,
- b) dno wanny 550-950 mm
- c) wanna wykonana z tworzywa PCV
- d) bariereki boczne i szczyty wózka ze stali nierdzewnej
- e) cztery koła z hamulcem
- f) długość całkowita :2020 mm
- g) długość wanny 1900 mm
- h) szerokość całkowita:750 mm

- i) szerokość wanny 600 mm
- j) dopuszczalne obniżenie maksymalne :140 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wózkowannę o parametrach podanych w pkt: **a do e** oraz **h do j**.

Natomiast w zakresie pkt. **f- g** podtrzymujemy parametry podane w zaproszeniu do złożenia ofert.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek