



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13.08.2015r.

AG.Z.2150.44.3.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę elektrod EKG wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

Pozycja 1

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod - kształt prostokątny. Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 2:

Pozycja 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody przeznaczonej do nadań typu „steress test”, mocny klej gwarantuje odpowiednie przyleganie do ciała pacjenta w trakcie całego badania. Unikalny kształt umożliwi łatwą aplikację i dobre przyleganie do powierzchni ciała pacjenta. Elektroda bez nacięcia.”

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 3:

Pozycja 3

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrody pediatrycznej okrągłej lub w kształcie kwiatka. Pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody pediatryczne okrągłe.

AG.Z.2150.44.3.2015



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 4:

Pozycja 1, 2, 3

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od dołączenia tak dużej ilości próbek. Proponujemy dołączenie po 1 opakowaniu kośdej pozycji. Zaproponowana ilość jest wystarczająca do zbadania łatwości użytkowania, przylepności, jakości wydruku oraz komfortu pracy personelu. W związku z tym uprzejmie prosimy o wprowadzenie takiego ograniczenia zakresu próbki, aby nie narażać Wykonawców na zbyt wysokie i ni uzasadnione koszty.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie 5:

Pozycja 1, 2, 3

„ Czy Zamawiający dopuści podanie w w/w pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50szt elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej..”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej dla opakowania np. 50szt, ceny muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (za opakowanie).

Pytanie 6:

„ Prosimy o dopuszczenie elektrody EKG pediatrycznej z przeznaczeniem do krótkotrwałego monitoringu dzieci oraz badań metodą Holtera w kształcie okrągłym średnica 36mm lub mniejsze o średnicy 32mm. Pozostałe wymagania zgodne z opisem Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody EKG pediatryczne w kształcie okrągłym o średnicy 32mm.

Pytanie 7:

Pozycja 3

„ Czy Zamawiający dopuści elektrody pediatryczne do krótkotrwałego monitoringu dzieci oraz do badań metodą Holtera w kształcie okrągłym bez nacięcia”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody pediatryczne okrągłe.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec