



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu[®]**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18.08.2015r.

AG.Z.2150.44.3.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę elektrod EKG wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

Pozycja 2

„ Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelazem ciekłym, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ..”

Odpowiedź:

NIE, opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

Pytanie 2:

Pozycja 3

„ Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ..”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody pediatryczne okrągłe.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

lek med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524