



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 2.10.2015r.

AG.Z.2150.44.4.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pomp infuzyjnych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie 1:

Zadanie nr 1 – pompy infuzyjne jednostrzykawkowe

„ Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną o regulowanej szybkości podawania płynów od 0,1 ml/h do 1500 ml/h (dla strzykawki 50ml) (poz 9), posiadająca szybkość bolusa do 1500 ml (poz 11), zmiana progu ciśnienia okluzji podczas chwilowego zatrzymania infuzji (poz 15) pracująca z akumulatorem w czasie 10h przy prędkości infuzji 5ml/h, której kontrola stanu naładowania akumulatora jest dokonywana w sposób ciągły a na ekranie wyświetlają się komunikaty informujące o słabym stanie baterii (poz 22) Spełniającą wszystkie inne wymagane parametry w 100% ?”

### Pytanie 2:

Zadanie nr 2 – pompy infuzyjne dwustrzykawkowe

„ Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną posiadającą intuicyjną klawiaturę kursorową (poz 6) o regulowanej szybkości podawania płynów od 0,1ml/h do 1500ml/h (dla strzykawki 50ml) (poz 10), posiadającą szybkość bolusa do 1500ml (poz 12) Zmiana progu ciśnienia okluzji podczas chwilowego zatrzymania infuzji (poz 16) pracującą z akumulatorem w czasie 14 h przy prędkości infuzji 5ml/h, której kontrola stanu naładowania akumulatora jest dokonywana w sposób ciągły a na ekranie wyświetlają się komunikaty informujące o słabym stanie baterii (poz 23) Spełniającą wszystkie inne wymagane parametry w 100 %?”

### Pytanie 3:

Pytanie dotyczące zapisów oferty oraz wzoru umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność”

### Pytanie 4:

Pytanie dotyczące zapisów oferty oraz wzoru umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt 7 ppkt d oferty wykonawcy oraz §3 ust 2d wzoru umowy na następujący: „liczba napraw gwarancyjnych danego elementu/podzespołu uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół ....(max ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3) ?”

AG.Z.2150.44.4.2015



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMENIA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Pytanie 5:

Pytanie dotyczące zapisów oferty oraz wzoru umowy

„Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzenia szkoleń serwisowych (potwierdzonych zaświadczeniem) (pkt 11 oferty wykonawcy oraz §3 ust. 5 wzoru umowy).”

Pytanie 6:

Pytanie dotyczące zapisów oferty oraz wzoru umowy

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej ? W zamian za to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi oraz wszystkie niezbędne do prawidłowego użytkownika dokumenty.”

Pytanie 7:

Pytanie dotyczące zapisów oferty oraz wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 5 wzoru umowy na następujący:

„Sprzedający zobowiązuje się do uwzględniania na swój koszt uzasadnionych reklamacji jakościowych i ilościowych ..”

Pytanie 8:

Pytanie dotyczące zapisów oferty oraz wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie §2 ust. 6 wzoru umowy. W §3 ust. 2d jest określone, że przy 3 naprawie tego samego podzespołu/elementu istnieje możliwość do wymiany elementu/podzespołu na nowy, co może wyeliminować konieczność rozwiązywania umowy w takim przypadku.

Pytanie 9:

Pytanie dotyczące zapisów oferty oraz wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie §6 wzoru umowy lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Pytanie 10 do 17 – dotyczy pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej

Pytanie 10:

Dotyczy Ip. 5:

„Czy Zamawiający dopuści pompę z klawiaturą symboliczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji?”

Pytanie 11:

Dotyczy Ip. 9:

„Czy Zamawiający dopuści pompę z prędkością infuzji 0,1-1200ml/h (regulacja co 0,1ml/h)?”

Pytanie 12:

Dotyczy Ip. 11:

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szybkością dozowania Bolus-a do 1200 ml/h?”

Pytanie 13:

„Czy pod pojęciem bolusa zamawiający rozumie również możliwość ręcznego przesuwania popychacza strzykawki z jednoczesnym przeliczaniem i wyświetlaniem (w czasie rzeczywistym) objętości podanej?”

Pytanie 14:

„Czy Zamawiający wymaga pompy z wbudowanym uchwytem który umożliwia mocowanie zarówno do szyn poziomych jak i pionowych?”

Pytanie 15:

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pompy ze strzykawką która nie jest zasłaniana przez elementy konstrukcyjne i jest mocowana od frontu urządzenia?”

Pytanie 16:

„Czy Zamawiający wymaga aby pompa strzykawkowa ze względów bezpieczeństwa charakteryzowała się ochroną przed porażeniem elektrycznym klasa II?”

Pytanie 17:

Dotyczy Ip. 10

„Czy Zamawiający dopuści pompe z dokładnością +/-1%?”

Pytanie 18 do 25 – dotyczy pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej

Pytanie 18:

„Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na możliwości spięcia pompy strzykawkowej z drugą ( i następną) pompą za pomocą zintegrowanego wbudowanego w pompę uchwytu, który umożliwia również jej przenoszenie? ”

Pytanie 19:

Dotyczy Ip. 6

„Czy Zamawiający dopuści pompę z klawiaturą symboliczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji?”

Pytanie 20:

Dotyczy Ip. 10

„Czy Zamawiający dopuści pompę z prędkością infuzji 0,1-1200ml/h (regulacja co 0,1ml/h)?”

Pytanie 21:

Dotyczy Ip 12

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szybkością dozowania Bolusa do 1200ml/h?”

Pytanie 22:

„Czy pod pojęciem bolusa zamawiający rozumie również możliwość ręcznego przesuwania popychacza strzykawki z jednoczesnym przeliczaniem i wyświetlaniem ( w czasie rzeczywistym) objętości podanej?”

Pytanie 23:

„Czy Zamawiający wymaga pompy z wbudowanym uchwytem który umożliwia mocowanie zarówno do szyn poziomych jak i pionowych?”

Pytanie 24:

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pompy ze strzykawką, która nie jest zasłaniana

przez elementy konstrukcyjne i jest mocowana od frontu urządzenia?”

Pytanie 25:

„Czy Zamawiający wymaga aby pompa strzykawkowa ze względów bezpieczeństwa charakteryzowała się ochrona przed porażeniem elektrycznym klasa II?”

Odpowiedź na pytania 1 do 25:

Zamawiający nie wprowadza do opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów oferty i wzoru umowy.

Pytanie 26:

Dotyczy §4 ust 2

„Wnosimy o modyfikację zapisu polegającą na określenie niezmienności cen netto. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca zobligowany jest do jej zastosowania bez względu na datę podpisania umowy”

Odpowiedź na pytanie 26

TAK.

Z-ca DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek med. Marek Lipiec