



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 5.10.2015r.

AG.Z.2150.44.4.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pomp infuzyjnych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Dotyczy zadania nr 1 – pompy infuzyjne jednostrzykawkowe

Pytanie 1:

Dot pkt 6 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę skalibrowaną do pracy ze strzykawkami 20 i 50/60ml?”

Pytanie 2:

Dot pkt 9 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem szybkości infuzji 0,1-99,9ml/h?”

Pytanie 3:

Dot pkt 10 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę mającą dokładność podaży na poziomie +/- 2,5%?”

Pytanie 4:

Dot pkt 11 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę oferujące prędkość bolusa 800 ml/h?”

Pytanie 5:

Dot pkt 14 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę w której ustawienie poziomu ciśnienia możliwe jest na 3 poziomach (low, medium, high, max 1,2 bar)?”

Pytanie 6:

Dot pkt 16 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę która nie posiada funkcji KVO?”

Pytanie 7:

Dot pkt 22 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę mającą możliwość zasilania z akumulatora ok. 10h przy infuzji 10 ml/h?”

Pytanie 8:

Dot pkt 26 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę która posiada czytelny interfejs użytkownika oparty na piktogramach?”

AG.Z.2150.44.4.2015



Certyfikat nr 51705/B/0001/AJ/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AJ/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AJ/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AJ/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AJ/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy zadania nr 2 – pompy infuzyjne dwustrzykawkowe

Pytanie 1:

Dot pkt 2 i 3 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę jednostrzykawkową połączoną na stałe elementem mocującym i kablem zasilającym mającą możliwość programowania każdego toru strzykawki oddzielnie ?”

Pytanie 2:

Dot pkt 7 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę skalibrowaną do pracy ze strzykawkami 20 i 50/60ml?”

Pytanie 3:

Dot pkt 10 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem szybkości infuzji 0,1-99,9 ml/h ?”

Pytanie 4:

Dot pkt 12 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę oferujące prędkość bolusa 800 ml/h ?”

Pytanie 5:

Dot pkt 11 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę mającą dokładność podaży na poziomie +/- 2,5% ?”

Pytanie 6:

Dot pkt 25 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę w której ustawienie poziomu ciśnienia możliwe jest na 3 poziomach (low, medium, high, max 1,2 bar) ?”

Pytanie 7:

Dot pkt 27 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę która nie posiada funkcji KVO ?”

Pytanie 8:

Dot pkt 23 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę mającą możliwość zasilania z akumulatora ok. 10 h przy infuzji 10 ml/h ?”

Pytanie 9:

Dot pkt 27 charakterystyki parametrów technicznych

„ Czy Zamawiający dopuści pompę która posiada czytelny interfejs użytkownika oparty na piktogramach ?”

Odpowiedź na wszystkie pytania:

Zamawiający nie wprowadza zmian do opisu przedmiotu zamówienia.

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec