



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość 2015.02.19



UKAS is a member of Register of Standards (1) Ltd

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

AG.Z.2150.49.1.2015

Dotyczy : odpowiedź na pytanie .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę myjki ultradźwiękowej wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź :

Pytanie:

W związku z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert na dostawę myjki ultradźwiękowej uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wymiary zbiornika 300 x 240 mm i głębokość zbiornika 200 mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjki o wyżej wymienionych parametrach.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa

(-) lek. med. Marek Lipiec