



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość 2015.02.20



UKAS is a member of Register of Standards Providers Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

AG.Z.2150.49.1.2015

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę myjki ultradźwiękowej wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjki ultradźwiękowej o pojemności mieszczącej się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, o wymiarach zbiornika: 500 x 140 mm (dł. x szer.)

Odpowiedź

Nie .

Pytanie nr 2 :

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjki z zaawansowaną technologicznie funkcją „przemiatania” służącą do optymalizacji rozkładu pola akustycznego w płynie czyszczącym (brak tzw. martwych punktów i fali stojących) o częstotliwości przetwornika w zakresie 32 – 38 kHz ?

Odpowiedź

Tak .

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa

(-) lek. med. Marek Lipiec

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524