



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość 2015.02.23



UKAS is a member of Register of Standards Providers Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

AG.Z.2150.49.1.2015

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę myjki ultradźwiękowej wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy 4 tygodnie ?

Odpowiedź

Nie .

Pytanie nr 2 :

Dot. opisu przedmiotu zamówienia lp. 6. Prosimy o potwierdzenie, że myjka o częstotliwości 38-42 kHz spełnia wymóg Zamawiającego ?

Odpowiedź

Tak .

Pytanie nr 3 :

Czy zamawiający wymaga, aby oferowana myjka była wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych tym samym posiada deklarację zgodności, potwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy wymagania zawarte w zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie nr 4 :

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.49.1.2015

Strona 1/2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjki ultradźwiękowej o wymiarach zbiornika 300 x 240 oraz głębokości 150 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na myjkę o powyższych wymiarach .

Pytanie nr 5 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni ultradźwiękowej o wymiarach 325 x 300 oraz głębokości 150 mm i pojemności 13.5 l ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek