



URS is a member of Registrar of Standards (UK) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość 06 marca 2015r

AG.ZP. 3320.19.15

Dotyczy: wyjaśnienia treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.)?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych?

Wyjaśnienie:

Nie wymaga, wymagane jest zachowanie prawidłowych warunków transportu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie nr 4

W karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego Producent wskazuje w jakich warunkach powinien być przewożony, magazynowany towar, ważnym jest również oznakowanie produktu (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, toksyczne, łatwo palne itd. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”?

Wyjaśnienie:

Wymagane jest zachowanie prawidłowych warunków transportu.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyte wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Wyjaśnienie:

Nie, wymagane jest zachowanie prawidłowych warunków transportu, ale nie wymagany jest własny transport.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczane wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi.

Wyjaśnienie:

Nie, wymagane jest zachowanie prawidłowych warunków transportu.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 5

Czy w zadaniu nr 5 – Zamawiający dopuści chusteczki nasączone preparatem o spektrum: B (włącznie z MRSA), F(C. albicans)/drożdżobójczo, EN 13697 konc. 1 min., V(HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV/ grypy typ A, B, C - 30 sek., Rota – 30 sek., Papowa/Polyoma – 2 min., ale spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie nr 9 dot. Zadania nr 5

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200 szt. i spektrum działania B (również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (*Aspergillus Niger*) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godziny. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. Zadania nr 5

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 13x18 w tubach po 100 sztuk i spektrum działania B (również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze, (*Aspergillus Niger*) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godziny. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. Zadania nr 7

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu zawierający aminy spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbe (*M. Avium M. Terra*), F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%, posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie nr 12 dot. Zadania nr 7

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych

parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) (EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV, HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5 % z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. Zadania nr 15

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ w opakowaniach 1 L.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie nr 15 dot. Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych, sond USG, pleksi itp. O szerokim spektrum mikrobójczym obejmującym B, F, V do 15 min oraz S w tym C. Difficile i Bacillus pakowane po 100 szt. w rozmiarze 140 x 180 lub pakowane po 200 szt. w rozmiarze 200 x 180?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. zadanie nr 6

Czy zamawiający dopuści preparat o świeżym zapachu do mycia i dezynfekcji podłóg i innych powierzchni wodoodpornych zawierający w swoim składzie chlorek benzalkoniowy, bifenyli-2-ol nie pozostawiający plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach oraz nie powoduje efektu klejenia się, może być stosowany w pionie żywieniowym oraz na oddziałach noworodkowych, o szerokim spektrum działania B, F, Tbe, V (HIV, HBV, HCV, Noro, Rota, Vaccinia) w czasie do 15 min.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dot. zadania nr 15

Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający kompleks enzymatyczny oraz

detergenty o bardzo dobrych właściwościach myjących do endoskopów, instrumentarium chirurgicznego i pozostałych wyrobów medycznych, o bardzo krótkim czasie działania 10 min, skuteczny w niskich stężeniach 0,3% - 0,5% o pH 7,0 -8,0, możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych w opakowaniach 5L?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dot. Zadania nr 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu na bazie nadwęglanu sodu nie wymagającego zastosowania aktywatora spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie nr 19 dot. Zadania nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje działania sporobójczego wobec *Clostridium difficile*.

Wyjaśnienie:

Działanie sporobójcze.

Pytanie nr 20 dot. Zadania nr 9

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności preparatu w opakowaniach 1kg i 5 kg z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie nr 21 dot. Zadania nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu działającego w jednym stężeniu użytkowym niezależnie od stopnia zanieczyszczeń biologicznych endoskopów ze względu na łatwość użytkowania zaoferowanego preparatu.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie nr 22

Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ: „Oświadczenie wykonawcy, iż oferowane preparaty nie będą wymagały do stosowania dodatkowych specjalnych środków ochrony osobistej (np. specjalnych masek, rękawiczek, itp.) co Zamawiający rozumie pod pojęciem specjalne maski, rękawiczki ?

Wyjaśnienie:

Wykonawca powinien zagwarantować iż oferowane preparaty na środki dezynfekcyjne i myjące nie wymagają stosowania specjalnych masek i rękawiczek tzn. masek które wymagają całkowitego osłonięcia twarzy z pochłaniaczami i wyspecjalizowanych rękawiczek (które nie są powszechnie używane). Ponadto

wymagane jest aby preparaty nie wymagały dodatkowych zabezpieczeń w pomieszczeniu w którym będą stosowane, np. prysznic ratunkowy, punkt do płukania oczu.

Pytanie nr 23 dot. Zadania nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści opisany w zadaniu 4 preparat w opakowaniach 1l w miejsce opakowań 5l po odpowiednim przeliczeniu spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie nr 24 dot. Zadania nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści opisany w zadaniu 5 preparat w opakowaniach po 200 sztuk, po odpowiednim przeliczeniu spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 dot. Zadania nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści opisany w zadaniu 7 preparat do dezynfekcji dużych powierzchni zawierający substancje aktywne – czwartorzędowe związki amoniowe, posiadający poniższe właściwości:

- spektrum działania – B, F, V – wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe, np. HBV, HIV, HCV
- czas działania – nie dłuższy 15 minut,
- łatwy w użyciu, bezpieczny dla środowiska,
- przygotowanie roztworu roboczego z zimnej wody wodociągowej,
- o wymaganym terminie ważności.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dot. Zadania nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści opisany w zadaniu 8 preparat w ilości 800l w opakowaniach 1l lub kanistrów o pojemności 10 l w miejsce opakowań 5l, po odpowiednim przeliczeniu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dot. Zadanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści opisany w zadaniu 11 preparat w koncentracji spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 dot. Zadania nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści opisany preparat zachowujący wysoką skuteczność mycia w temperaturze do 55 stopni C, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 dot. Zadania nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezyjologicznego, na bazie enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 dot. Zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby bezpieczeństwo stosowania preparatu, szczególnie w środowisku dziecięcym i noworodkowym, było potwierdzone przez niezależną opinię kliniczną IMiDz?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 dot. Zadania nr 3

Czy w związku z istniejącymi zaleceniami i rekomendacjami odnośnie zastosowania chlorheksydryny w przeciwdziałaniu zakażeniom, zamawiający wymaga aby preparaty z pozycji 2 i 3 były ze sobą kompatybilne co potwierdzi i zagwarantuje ich pełna skuteczność i bezpieczeństwo.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 dot. Zadania nr 4

Czy zamawiający wymaga aby preparat oferowany w zadaniu 4 w swoim składzie nie zawierał pochodnych fenolowych, substancji toksycznych o potwierdzonej szkodliwości dla pacjentów.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby preparat oferowany w zadaniu 4 miał dopuszczenie do stosowania bez obecności lekarza, co znacznie obniży potrzebną ilość kadry w codziennej pracy i skróci czas oczekiwania każdego pacjenta na zabieg?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 dot. Zadania nr 6

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w spektrum posiadania również skuteczności w stosunku do sporów, w tym do Clostridium Difficile 027, najtrudniejszej w zwalczaniu i najbardziej niebezpiecznej odmianie Clostridium, która w coraz większym stopniu zagraża polskim szpitalom i ich pacjentom.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 dot. Zadanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga aby bezpieczeństwo stosowania preparatu, szczególnie w środowisku dziecięcym i noworodkowym, było potwierdzone przez niezależną opinię kliniczną IMiDz?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 dot. Zadania nr 8

Czy zamawiający wymaga w związku z wielością miejsc stosowania preparatu aby zaoferowany preparat posiadał pozytywną opinię kliniczną do dezynfekcji powierzchni w oddziałach pediatrycznych?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 dot. Zadania nr 9

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zamawiający wymaga aby bezpieczeństwo stosowania preparatu w stosunku do tak delikatnego instrumentarium jak endoskopy, powinno być potwierdzone przez producentów takich jak Storz, Fuji, Olympus, pozytywną opinią gwarantującą bezpieczeństwo stosowania i nie uszkodzenie delikatnego osprzętu.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 dot. Zadania nr 19

Czy Zamawiający wymaga aby bezpieczeństwo stosowania preparatu, szczególnie w środowisku dziecięcym i noworodkowym, było potwierdzone przez niezależną opinię kliniczną IMiDz?

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39

SIWZ pkt. 1 oraz wzór umowy par. 1 ust. 4 zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji wnioskujemy o wykreślenie zapisu pkt. 1 oraz par. 1 ust. 4 - „Sprzedający zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po zużytych preparatach dezynfekcyjnych i/lub myjących lub wskazania systemu odbioru pustych opakowań, który przedstawił wraz z ofertą”. Wniosek ten jest podyktowany aktualnym stanem prawnym – Wykonawca zgodnie z wejściem w życie od 01.01.2014 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie ma już obowiązku przyjmowania opakowań po produktach, które są przedmiotem niniejszego postępowania /interpretacja MŚ z 07.01.2014. Wskutek powyższego Wykonawca wnioskuje jak w pytaniu.

Wyjaśnienie:

Wykonawca nie ma obowiązku odbioru pustych opakowań. W związku z powyższym wykreśla się ze wzoru umowy ust. 4 § 1 oraz wykreśla się zapis na str. 10 SIWZ cyt: „Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po zużytych preparatach dezynfekcyjnych oraz myjących lub wskazania systemu odbioru pustych opakowań, który przedstawi wraz z ofertą”

Pytanie nr 40 dot. Zadania nr 16

Czy Zamawiający dopuści alkaliczny preparat myjący, o składzie: fosforany, krzemiany, wodorotlenek sodu, inhibitory korozji, niezawierający środków pow. czynnych (tenzydów), węglowodorów, fosfonianów? Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja termiczna narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, szkła, aluminium i aluminium anodowanego oraz narzędzi z tytanu. Dozowanie: 5ml/l, ph 13-13,8 (koncentrat), ph roztworu > w temp. 55 st. C. Opakowanie 20l.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41 dot. Zadania nr 17

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie glukoprotaminy, skuteczny w stężeniu 10ml/l wobec B, F, Tbc, V, w czasie 10 min. w temperaturze 60 st.C? Opakowanie 20l.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42 dot. Zadania nr 17

Czy Zamawiający wymaga preparatu skutecznego wobec M.Tuberculosis i wirusów termoopornych?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43 dot. Zadania nr 13 poz. a), poz. b)

Ponieważ producent środków dedykowanych do myjni konfekcjonuje je w opakowaniach handlowych po 3 kanistry x 5L środka myjącego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości do pełnych opakowań i dopuści zaoferowanie:

poz. a – 195 L (39 kanistrów x 5L środka)
poz. b – 390 L (78 kanistrów x 5 L środka)

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44 dot. Zadania nr 14 poz. a), poz. b)

Ponieważ producent środków dedykowanych do myjni konfekcjonuje je w opakowaniach handlowych po 3 kanistry x 5 L środka myjącego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości do pełnych opakowań i dopuści zaoferowanie:

poz. a – 480 L (96 kanistrów x 5L środka)

poz. b – 975 L (195 kanistrów x 5 L środka)

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45 dot. Zadania nr 13 i 14

Ponieważ producent środków dedykowanych do myjni w zadaniu nr 13 i 14 potwierdza, że odpady opakowaniowe mogą być traktowane jak inne odpady komunalne – zaleca tylko całkowite opróżnienie opakowania i wypłukania wodą;

Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie odbierał pustych opakowań po zaoferowanych w zadaniu 13 i 14 środkach?

(są to dodatkowe wysokie koszty)

Wyjaśnienie:

Wykonawca nie ma obowiązku odbioru pustych opakowań. W związku z powyższym wykreśla się ze wzoru umowy ust. 4 § 1 oraz wykreśla się zapis na str. 10 SIWZ cyt: „Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pustych opakowań po zużytych preparatach dezynfekcyjnych oraz myjących lub wskazania systemu odbioru pustych opakowań, który przedstawi wraz z ofertą”

Pytanie nr 46 dot. Zadania nr 13 i 14

Celem ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 13 i zadaniu 14 i zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że termin ważności dostarczonych preparatów, zgodnie z zapisami umowy nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 47

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający informuje, że nie jest to pytanie dotyczące treści SIWZ!

Pytanie nr 48 dot. zadania 16, 17 i 18.

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia kalibracji posiadanych myjni przez autoryzowany serwis producenta urządzeń.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie nr 49 dot. zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu w tym głowice USG, Stetoskopy, wymiary 20 x 25 cm, o szerokim spektrum działania bakterio, wiruso, prątko i grzybobójczego. Redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów dziesiętnych, działających m. in. na V (HBV, HCV), Noro – 1 min.), B, Tbc – 5 min, F do 15 min, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? .

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 dot. zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego działające bójczo na B, F w czasie 5 minut, przebadane zgodnie z wytycznymi DGHM odpowiadające normie EN 13727 dla bakterii oraz EN 13624 dla grzybów oraz wykazujące działanie bójcze na Tbc w czasie 15 minut zgodnie z EN 14348, skuteczność bójcza na wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, grypa, HSV, Vaccinia, BVDV) przebadana zgodnie z wytycznymi DVV/RKI – czas dezynfekcji 1 minuta. Możliwość dezynfekcji dla B i F w czasie 1 minuty zgodnie z EN 13697 dla działania bójczego wobec bakterii oraz EN 1650 dla działania grzybobójczego.

Wyjaśnienie:

Nie. Obowiązujące są zapisy SIWZ

Pytanie nr 51 dot. zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji narzędzi zawierający nadwęglan sodu, osiągający pełne spektrum działania B, F, Tbc, S, V (adeno, polio) bez dodatku aktywatora w czasie do 1 godziny. Środek konfekcjonowany w opakowaniach handlowych 1 i 6 kg.

Wyjaśnienie:

Tak.

Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu