



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 marca 2015r.



AG.ZP.3320.20. .15

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, koncentratów do hemodializy, środków dezynfekcyjnych i zestawów opatrunkowych do hemodializy. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienie:



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERWSIA

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie dwukanałowego permanentnego cewnika z nie rozdwojoną końcówką i mufką, wykonanego z carbothanu, umożliwiającego przepływ min. 400 ml/min. W rozmiarze 15Fr i długości: 190 mm, 230 mm, 280 mm, 330 mm wraz z kompletnym zestawem do implantacji ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opisanego powyżej cewnika.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524