



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 marca 2015r.



AG.ZP.3320.20.02801.15

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, koncentratów do hemodializy, środków dezynfekcyjnych i zestawów opatrunkowych do hemodializy. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do HD w składzie:

Część I – PODŁĄCZENIE DIALIZY

Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30 g – 6 szt.

Rękawice lateksowe bezpudrowe S/M/L (do wyboru w zależności od zestawu) – 2 szt.

Serweta włókninowa foliowana 38 cm x 45 cm – 1 szt.

Przylepiec SOFTPORE 1,25 cm x 15,5 cm – 1 x 4 szt.

Opatrunek włókninowy do wkłuc 6 cm x 8 cm – 2 szt.

CZĘŚĆ II – ODŁĄCZENIE DIALIZY

Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30 g – 4 szt.

Rękawice lateksowe bezpudrowe S/M/L (do wyboru w zależności od zestawu) – 2 szt.

Rękawica lateksowa bezpudrowa rozm. L (pacjent) – 1 szt.

Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7 cm – 2 szt.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 26 pozycja 1:

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Cytrynian soduTM (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny, 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na⁺ 1352 – Citrate 3 – 500) w worku stosowany w ciągłej terapii nerkozastępczej (dostosowany do wszystkich urządzeń CRRT) jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 12:

Ze względu na brak w ofercie igieł do dializ 18G prosimy o dopuszczenie zestawu, w skład którego wchodzi igła A i igła V o rozmiarach do wyboru z: 14G, 15G, 16G, 17G?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza opisany powyżej zestaw.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. zadania 23:

Ze względu na brak wymogu sprawdzania paskami testowymi pozostałości/obecności citrosterilu po dezynfekcji aparatu nerkowego prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie samego citrosterilu bez pasków testowych w pakiecie 23.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaferowanie citrosterilu bez pasków testowych.

Pytanie dot. zadania 25:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie środka dezynfekcyjnego Puristeril 340 w opakowaniach handlowych 8,8 litrów o masie 10 kg, w ilości 2 opakowania handlowe ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Prosimy o zmianę zapisu w umowie § 9.3) z:

W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegną ceny netto. Ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu.

na zapis:

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w umowie w zakresie ceny jednostkowej. Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 23:

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny do Citrosteril o takim samym działaniu i przeznaczeniu zawierający w 100 g – 22,5 g kwasu cytrynowego, kwas jabłkowy i kwas mlekowy nie wymagający pasków testowych ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do hemodializy z opatrunkiem typu canulla plast w rozmiarze 6 x 8 cm lub 5,6 x 7,1 cm, pozostałe składowe zestawu bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do hemodializy z opatrunkiem z folii poliuretanowej w rozmiarze 6 x 7 cm, pozostałe składowe zestawu bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek