



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 5 marca 2015 r.

AG.ZP.3320.21. .15

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. zadania 1:**

Czy Zamawiający dopuści cewniki MPA w zakresie 4 – 6F?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z opaską do ucisku punktowego po nakłuciu tętnicy promieniowej o następujących parametrach:

- zestaw zapewniający wystarczający i płynnie regulowany, ucisk t. Promieniowej w zakresie 100 do 250 mmHg (ucisk regulowany przy użyciu pokrętła ze wskaźnikiem stosowanego ciśnienia, elastyczny i komfortowy element uciskający tętnicę)
- zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy
- część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia tętnicy, wyrób nie zawiera lateksu?

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Zestawy jałowe do zabiegów koronarografii i PTCA, w skład którego wejdzie: prześcieradło do okrycia pacjenta w rozm. 330 x 211 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Tak.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UOWSZECHMIANIA  
KARMIENTA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524