



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 9 kwietnia 2015 r.

AG.ZP.3320.22. .15

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści cewniki MPA w zakresie 4 – 6F? Pozostałe wymagania bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie introducerów radialnych w rozmiarach 5F, 6F, 7F do wyboru zamawiającego o długościach 8 cm i 13 cm z przewodnikiem PTFE – prostym o średnicy 0,021” oraz igłą standardową do wkłucia w rozmiarze 20/ 21 G. dodatkowym atutem naszej oferty jest jednorazowy skalpel w ofercie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy dopuszczą Państwo zestawy wprowadzające długie – koronarografia – 200 szt. o długości 23 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie introducerów udowych w rozmiarach 5F, 6F, 7F, 8F o długości 23 cm (w opisie 24 cm). Sprzęt jest najwyższej światowej jakości, produkowany w USA, o bardzo atraumatycznym przejściu, z powodzeniem użytkowanym przez Pracownię Hemodynamiki na terenie całej Polski. Wszystkie inne parametry zgodne z opisem zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość 23 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu zestawów wprowadzających jedynie o długości koszulki 10 cm? Pozostałe wymagania bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZNIANIA
KARMENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z przewodnikami o długości 180 cm i 260 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z przewodnikami o długości 180 cm i 260 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z przewodnikami posiadającymi końcówkę zakrzywioną 45° - „angled”, zamiast końcówki typu „J”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Przewodniki takie są zgodne z opisem podanym w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9:

Czy Zamawiający będzie wymagał po wyborze najkorzystniejszej oferty dostarczenia kabli połączeniowych? Jeżeli tak to jaka ilość i do jakich monitorów?

Wyjaśnienie: Zamawiający będzie wymagał:

- pompa do kontrapulsacji Arrow – 1 kabel
- system Tram – Rac 451N – 2 kable
- system Vitt Biomedical – 2 kable
- monitor HP Viridial 24C – 1 kabel

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z opaską do ucisku punktowego z przezroczystą podkładką wykonaną z elastometru PTE (tworzywo podobne do kauczuku, które nie zawiera lateksu i jest antyalergiczne), pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego tworzywa pod warunkiem, że podkładka uciskowa będzie przezroczysta i uwidoczni miejsce nakłucia.

Pytanie dot. zadania 14:

Prosimy o wydzielenie z pakietu 14 poz. - Linia (przedłużacz) wysokociśnieniowy przystosowany do pomiaru ciśnienia 150 cm, przezroczysty.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający w zadaniu 20 „Stentgrafty” zrezygnuje z tworzenia banku sprzętu na rzecz sukcesywnych dostaw z terminem dostaw 3 dni robocze?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 22:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z opaską do ucisku punktowego po nakłuciu tętnicy promieniowej o następujących parametrach:

- zestaw zapewniający wystarczający i płynnie regulowany, ucisk t. Promieniowej w zakresie 100 do 250 mmHg (ucisk regulowany przy użyciu pokrętła ze wskaźnikiem stosowanego ciśnienia, elastyczny i komfortowy element uciskający tętnicę)
- zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy
- część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia tętnicy, wyrób nie zawiera lateksu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Z uwagi na planowaną zmianę stawki podatku VAT czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia §10 (12) ust. 3 tiret trzeci na następujące: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy dla pakietów 2, 3, 9 zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia „Banku” w zamian za termin dostawy 2 dni robocze?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 1 na następujący: „Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji kiedy opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 2 na następujący: „Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulega jedynie cena brutto, a netto pozostanie bez zmian”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §12 ust. 3 tiret 3 na następujący: „- w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informujemy, że zostaje zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zadania 1 – Cewniki diagnostyczne.

Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 poprzez dodanie dodatkowych parametrów wymaganych:

- możliwość wyboru długości cewników: 100, 125 cm dla JL4, JR4, IM, MPA, PIG
- jednorodne metalowe zbrojenie na całej długości cewnika.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek