



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 2 kwietnia 2015 r.



AG.ZP.3320.28. 15

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

### **Pytanie dot. zadania 6 „Hemofiltr jednorazowego użytku + zestaw drenów”:**

Czy Zamawiający dopuści hemofiltr o następujących parametrach:

- powierzchnia efektywna błony hemofiltera 1,4 m<sup>2</sup>
- materiał membrany polieterosulfon
- objętość wypełnienia 85 ml
- dren tętniczy i żylny zakończony nakrętką typu luer
- dren umożliwiający połączenie z kolumną hemofiltera
- igła do połączenia z drenem tętniczym umożliwiającą odpowietrzenie układu.

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dot. zadania 6:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw drenów do hemofiltera zawierający linię tętniczą, linię żylną oraz linię filtratu wraz z workiem na odzysk ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dot. zadania 8:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aparatu o zakresie przepływu: 600 ml/s, 900 ml/s czy 1200 ml/s ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający oczekuje aparatu do gimnastyki oddechowej wskazującego objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących przepływ: 600/900/1200 cm<sup>3</sup>/sek (przepływ różny w zależności od zadanego oporu).

### **Pytanie dot. pakietu nr 2:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość przystąpienia z trójnikami jednorazowymi o rozmiarach ¼ cala x 3/8 cala x 3/8 cala (w opisie ½ cala x 3/8 cala x ½ cala) lub wydzielenie pozycji z pakietu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek