



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 01 kwietnia 2015 r.

AG.ZP 3320.29. .15

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

1. Zadanie 2. Czy Zamawiający wymaga aby zmiana konfiguracji polarności w ICD jednojamowym następowała automatycznie po każdym nieskutecznym maksymalnym szoku?

Wyjaśnienie: Nie.

2. Zadanie 2. Czy Zamawiający w Zadaniu 2 – ICD jednojamowym uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów?

Wyjaśnienie: Tak, jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji >5 sekund.

3. Zadanie 3. Czy Zamawiający wymaga aby zmiana konfiguracji polarności w ICD dwujamowym następowała automatycznie po każdym nieskutecznym maksymalnym szoku?

Wyjaśnienie: Nie.

4. Zadanie 3. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 – ICD dwujamowym uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów?

Wyjaśnienie: Tak, jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji >5 sekund.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Postępowanie AG.ZP 3320.29.15 – wyjaśnienie SIWZ

5. Zadanie 4. Czy Zamawiający w Zadaniu 4 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów?

Wyjaśnienie: Tak, jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji >5 sekund.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek