



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 kwietnia 2015 r.

AG.ZP 3320.30. .15

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających. Poniżej podajemy treści pytań i wyjaśnień:

1. Dotyczy Zadania 4. Czy Zamawiający w Zadaniu 4 – ICD jednojamowe DF-1 uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów ?
Wyjaśnienie: Tak jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji > 5 sekund.

2. Dotyczy Zadania 5. Czy Zamawiający w Zadaniu 2 – ICD jednojamowe DF-4 uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów ?
Wyjaśnienie: Tak jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji > 5 sekund.

3. Dotyczy Zadania 6. Czy Zamawiający w Zadaniu 6 – ICD dwujamowym DF-1 uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów ?
Wyjaśnienie: Tak jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji > 5 sekund.

4. Dotyczy Zadania 7. Czy Zamawiający w Zadaniu 7 – ICD dwujamowym DF-4 uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów ?
Wyjaśnienie: Tak jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji > 5 sekund.

5. Dotyczy Zadania 8. Czy Zamawiający w Zadaniu 8 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-1 uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów ?
Wyjaśnienie: Tak jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji > 5 sekund.

6. Dotyczy Zadania 9. Czy Zamawiający w Zadaniu 9 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów ?

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Postępowanie AG.ZP 3320.30.15 –
Wyjaśnienia treści SIWZ - 1



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie: Tak jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji > 5 sekund.

7. Dotyczy Zadania 10. Czy Zamawiający w Zadaniu 10 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatorów ?

Wyjaśnienie: Tak jeżeli nie wydłuży to czasu do defibrylacji > 5 sekund.

8. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §6 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

9. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie §8 ust. 1, 2

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych brutto będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedotrzymanego w terminie przedmiotu umowy, którego dotyczy utworzenie Banku,

2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu zamówienia albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy (§1 ust. 2) w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul.

wpisaną do rejestru pod numerem.....

reprezentowaną przez:

.....,

zwanym dalej Przechowawcą

a

..... z siedzibą w, ul.....

wpisaną do rejestru pod numerem

reprezentowaną przez:

1.....

2.....

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§ 1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w na Oddziale, które znajduje się w, – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan.....

§ 2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.

2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.

3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

§ 3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§ 4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§ 5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§ 6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.

2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty..... dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.

3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§ 7

Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1.

§ 8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

§ 9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§ 10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez.....

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Postępowanie AG.ZP 3320.30.15 –
Wyjaśnienia treści SIWZ - 1

każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY
Załącznik nr 3

PRZECHOWAWCA

RAPORT O ZUŻYCIU

Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY:

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA

2. Data zabiegu:

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie – PILNE!

Pieczętka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

Data i podpis osoby przyjmującej

Wyjaśnienie: Nie.

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ds. Lecznictwa

Lek. med. Marek Lipiec