



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20 kwietnia 2015 r.

AG.ZP 3320.34. .15

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

1. Dotyczy Zadania 2 poz. . 2, 5, 6, 8, 9. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: określenie „igła typu cc” to nazwa własna (zastrzeżona) firmy Johnson&Johnson. Zaproponowana przez nas igła DS czyli igła okrągła z tnącym ostrzem jest odpowiednikiem igły okrągłej typu cc. Jest to igła okrągła z krótkim ostrzem (mikroostrzem), spłaszczona grzbietowo – brzusznie (przekrój kwadratowy). Igła ma zastosowanie w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, szczególnie w szyciu twardych, zwapniałych naczyń. Igła DS ma taki sam znak graficzny jak igła okrągła typu cc, zatem ma dokładnie te same właściwości i przeznaczenie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

2. Zadanie 3 – Gąbka lecznicza. Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, dopuści jałową gąbkę kolagenową dostępną w rozmiarach 2x2 cm, 5x5 cm, 5x10 cm, 10x10 cm- kolagen typu I, pochodzenia wieprzowego. Gąbka resorbuje się po 4 tygodniach. Gąbkę można ciąć, składać i rolować. Każda gąbka jest pakowana osobno, ale w opakowaniu jest 5 sztuk, zarejestrowana jako produkt medyczny.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Z- ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ds. Lecznictwa

Lek. med. Marek Lipiec



URS is a member of Register of Standards [ukaszp] Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524