



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 sierpnia 2015 r.

AG.ZP 3320.51. .15

Dotyczy: wyjaśnienia treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Pracowni Immunologii wraz z dzierżawą analizatorów. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

1. Czy w związku z zapisem „brak konieczności codziennego rozładowywania/załadowywania odczynników na pokład aparatu” kalkulując ofertę przetargową należy założyć stałe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatorów?

Wyjaśnienie: Tak, należy założyć stałe przebywanie odczynników na pokładzie analizatorów.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby reakcje odbywały się i były odczytywane w jednorazowych naczyniach reakcyjnych?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga aby reakcje odbywały się w jednorazowych naczyniach reakcyjnych.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do Troponiny o współczynniku nieprecyzyjności CV=10% dla 99 percentyla wartości w populacji osób zdrowych? Zgodnie z wytycznymi ESC „za próg diagnostyczny MI uznaje się wartości stężeń troponin na poziomie 99 percentyla w kontrolnej populacji osób zdrowych (górną granicę normy), przy zastosowaniu testów, których błąd precyzji (współczynnik zmienności) wynosi $\leq 10\%$ dla górnej granicy normy”.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy w związku z zapisem „brak konieczności codziennego rozładowywania/załadowywania odczynników na pokład aparatu” Zamawiający wymaga aby analizator podstawowy posiadał minimum 31 miejsc odczynnikowych zapewniających możliwość umieszczenia wszystkich odczynników wymienionych w SIWZ na pokładzie aparatu?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga aby analizator podstawowy posiadał min. 31 miejsc odczynnikowych.

5. W związku z zapisem „brak konieczności codziennego rozładowywania/załadowywania odczynników na pokład aparatu” prosimy o podanie minimalnej ilości miejsc odczynnikowych na pokładzie analizatora zapasowego.

Wyjaśnienie: Minimalna ilość miejsc odczynnikowych analizatora dodatkowego – 20.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Postępowanie AG.ZP 3320.51.15 – Wyjaśnienie siwz

Strona 1 z 3



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

6. Czy w związku z zapisami „Czas przebywania próbki pierwotnej z próbką badaną na pokładzie nie dłuższy niż 5 min. Po tym czasie próbka może być wykorzystywana do analiz w innym analizatorze” Zamawiający wymaga, aby analizator podstawowy miał możliwość wydania kompletnego wyniku także w przypadku konieczności wykonania rozcieńczeń czy powtórek bez konieczności ponownego umieszczenia próbki na jego pokładzie? Próbka wykorzystana do analizy w innym analizatorze nie powinna być użyta do badań immunochemicznych typu antygen HBs (Antygen), beta HCG czy PSA.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga, aby analizator podstawowy miał możliwość wydania kompletnego wyniku także w przypadku konieczności wykonania rozcieńczeń czy powtórek.

7. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta – HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG, co będzie poparte odpowiednimi zapisami w ulotce testu?

Wyjaśnienie: Zamawiający zamierza stosować test do b-HCG zarówno jako test ciążowy jak również marker.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamienne przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora i w lodówce? Takie postępowanie jest zgodne z powszechną praktyką laboratoryjną oraz rekomendacjami producenta i pozwala na ekonomiczne wykorzystanie odczynników po otwarciu.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zamienne przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora i w lodówce zewnętrznej.

9. Prosimy o wyjaśnienie, czy pod określeniem „Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych” Zamawiający oczekuje, że analizator będzie wczytywał do pamięci krzywe z kodu paskowego, bez konieczności wykonania przez użytkownika pełnej 6-punktowej krzywej?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje, że krzywa kalibracyjna będzie wykonana z 6-poziomowych standardów kalibracyjnych i wyniki pomiarów muszą być zapisane w pamięci analizatorów.

10. Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na parathormon 2 gen., czy 3 gen.?

Wyjaśnienie: Parathormon 2 lub 3 gen.

11. Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, a-Tg i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wymienione odczynniki z określonymi wartościami referencyjnymi, ale nie wymaga.

12. Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Wyjaśnienie: Zamawiający w § 1 dodaje ust. 4 o treści: „Zamawiający zastrzega

sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

13. Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

14. Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu każdego punktu wyrażenia o następującym brzmieniu: „Nie więcej niż 5% wartości netto umowy.”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

15. Par. 7 ust. 1 tiret drugi Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, tak aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

16. Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

17. Par. 8 oraz par.10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

18. Par. 9 ust. 3 pkt. g/ i f/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie dotyczące przypadku wzrostu stawki podatku VAT poprzez sformułowanie: „Cz Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Główny Księgowy

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Mgr Andrzej Gryn