



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 sierpnia 2015 r.

AG.ZP 3320.54. .15

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Pracowni Koagulologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści wydajność analizatorów: min. 120 ozn./godz. Dla obydwu aparatów? Przy czym aparat posiada odczynniki prekalibrowane, dzięki czemu nie potrzebne są dodatkowe kalibratory a raz zwalidowana kalibracja ważna jest aż do zmiany nr lot odczynników, ponadto odczynniki do PT, APTT, Fibr, D-dimery są stabilne kolejno 5, 10, 10 i 15 dni dzięki czemu ładowanie odczynników wymagane jest rzadziej a co za tym idzie przy niższej wydajności aparat wymaga mniej czynności przygotowawczych i wydłuża się realny czas gotowości do pracy.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Jeden analizator musi posiadać wydajność min. 240 ozn/godz.

2. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do D-dimerów gotowy do użycia, prekalibrowany (nie wymagający dodatkowych kalibratorów/kalibracji) o stabilności 15 dni na pokładzie aparatu, posiadający liniowość do 4000ng/ml w pierwszym oznaczeniu? Prosimy o podanie ilości procentowej badań, które wykraczają poza zakres 4000 ng/ml w przypadku D-dimerów, oferta zostanie skalkulowana tak, że badania wykraczające poza ten zakres wymagające dodatkowe rozcieńczenia zostaną przeliczone jak badania niewymagające rozcieńczenia, dzięki czemu cena za jednostkowe badanie d-dimerów nie zostanie podwyższona.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuści odczynnika do D-dimerów posiadającego liniowość do 4000 ng/ml.

3. Czy Zamawiający wymaga aby aparat zużywał proporcjonalną ilość kuwet w stosunku do ilości testów tzn. 1 kuwetę na 1 oznaczenie lub kontrolę (nie dotyczy surowic wymagających wykonania rozcieńczenia)?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga aby aparat zużywał proporcjonalną ilość kuwet w stosunku do testów.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECZNIANIA
KARMIENTA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524