



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 sierpnia 2015 r.

AG.ZP 3320.54. .15

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Pracowni Koagulologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

1. Czy poprzez badanie „Krażący antykoagulant” zamawiający rozumie wykonanie testu korekcji APTT w celu wykrycia inhibitora?

Wyjaśnienie: Krążący antykoagulant – zamawiający rozumie wstępne wykrycie inhibitora przez wykonanie testu korekcji APTT.

2. Czy w badaniu „Antykoagulant toczniowy” należy uwzględnić zarówno testy przesiewowe jak i potwierdzenia (400 testów przesiewowych i 400 testów potwierdzenia)?

Wyjaśnienie: W badaniu antykoagulantu toczniowego należy uwzględnić testy przesiewowe i testy potwierdzenia.

3. Czy w ofercie, ze względów ekonomicznych, można zaproponować kontrolę zewnątrzlaboratoryjną tylko dla parametrów najczęściej wykonywanych (PT, APTT, Fibr, D-dimery) ?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości tylko dla parametrów: PT, APTT, Fibr, D-dimery.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy pomiar metod krzepnięciowych ma być oparty na zasadzie optycznej wraz z wizualizacją krzywych przebiegu reakcji krzepnięcia?

Wyjaśnienie: Pomiar metod krzepnięcia ma być oparty na zasadzie optycznej z możliwością oglądania krzywej przebiegu reakcji.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. Med. Andrzej Mielcarek