

**Zestawienie sprzętu i urządzeń do zakupu i montażu
dla zadania „Przebudowa II piętra bloku „A” i „C” na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży
oraz Oddziału Urologii”**

Lp.	Wykaz pomieszczeń	Nazwa i typ	Ilość	Uwagi
		ODDZIAŁ UROLOGICZNY		
1.	3/24 GABINET BADAŃ CYSTOSKOPII	Stół ze stali nierdzewnej 120x60 ze zlewem (o wym.60x45x min.18 cm) z boczną szafką	1	
2.	3/38 POKÓJ POOPERACYJNY	Ścienna jednostka zaopatrzenia medycznego- PANEL DWUSTANOWISKOWY IC 3000 Przegubowy wieszak do kroplówki i pomp infuzyjnych szt.2, uchwyt z półką na monitor szt.2, kosz na cewniki szt.1 pojemnik na rękawiczki szt.1, półka x1 z podwieszonymi szufladami szt.2	1	
3.	3/42 POKÓJ LEKARZY	Szafa ubraniowa wbudowana z podziałem na 5 segmentów z osobnymi drzwiami Szafa kuchenna z wbudowaną umywalką	1 kpl. 1 kpl.	
		ODDZIAŁ GINEKOLOGII I PATOLOGII CIĄŻY		
4.	3/79 BRUDOWNIK	Myjnia – dezynfektor (230V; 50Hz; 16A) odpływ 100-110 m, ciepła woda 3/4, zimna woda 3/4, z przystosowaniem do zasilania wodą bardzo twardą 23°n). (Informujemy, że Oddziały Szpitalne wyposażone są w płuczki-dezynfektory ERLEN CT 100S 1.45).	1	
5.	3/82 b POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	Zlew ze stali nierdzewnej ok..50x50 cm	1	
6.	3/3 MYJNIA NEONATOLOGICZNA	Stół ze stali nierdzewnej 180x60 ze zlewem 60x45x18 z boczną szafką	1	
7.	3/46 BRUDOWNIK	Myjnia – dezynfektor 230V; 60Hz; 16A; odpływ 100-110 m, ciepła woda 3/4, zimna woda 3/4, z przystosowaniem do zasilania wodą bardzo twardą 23°n (Informujemy, że Oddziały Szpitalne wyposażone są w płuczki-dezynfektory ERLEN CT 100S 1.45).	1	
8.	3/28-1; 3/60	Oprawy nadłóżkowe 3-stanowiskowe blok A zestaw Zz1/2; Zz1/1; Zz1/1 pom. 3/28-1; 3/60	2 kpl.	
9.	3/49; 3/57; 3/61; 3/63; 3/64; 3/68; 3/71	Oprawy nadłóżkowe 3-stanowiskowe blok A zestaw Zz1/2; Zz1/2; Zz1/1 pom. 3/49; 3/57; 3/61; 3/63; 3/64; 3/68; 3/71	7 kpl.	
10.	3/18-1; 3/21-1	Oprawy nadłóżkowe 2-stanowiskowe blok C zestaw Zz1/2; Zz1/1 pom. 3/18-1; 3/21-1	2 kpl.	