



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

[www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)

e mail:  
[szpital@szpital.zam.pl](mailto:szpital@szpital.zam.pl)

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Zamość, 2015-02-26

AOT.IK 2121.2.15.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wykonanie przeglądu okresowego aparatów do znieczulenia ogólnego

wpłynęły następujące pytania:  
Poniżej treść pytania i odpowiedź

Zapytanie 1:  
Zadanie nr 1

Czy przy aparatach do znieczulania ogólnego znajdują się monitory pacjenta? Jeśli tak to jakie modele i czy są wyposażone w moduły gazowe? Czy Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów w monitorach pacjenta?

*Odpowiedź:*

W n/w aparatach do znieczulania znajdują się następujące monitory pacjenta:

- Excel 210SE – M1205- 4szt. i Beneview – 4szt. z modułami gazowymi
- Aestiva S/5/7900 – M1167 bez modułu gazowego
- Aespire 7900 - S/5CAM – 2szt. z modułem gazowym
- Aespire View – F-CU8-12-VG1 z modułem gazowym

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów w monitorach pacjenta

Zapytanie 2:  
Zadanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga wymiany wszystkich zestawów serwisowych przewidzianych w instrukcji do wymiany podczas przeglądu ( tj. zestawy roczny do aparatu, respiratora oraz obiegu okrężnego ) czy jedynie zestawu do aparatu?

Czy przy aparatach do znieczulania ogólnego znajdują się monitory pacjenta? Jeśli tak to jakie modele i czy są wyposażone w moduły gazowe? Czy Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów w monitorach pacjenta?

*Odpowiedź:*

Tak, Zamawiający wymaga wymiany wszystkich zestawów serwisowych przewidzianych w instrukcji do wymiany podczas przeglądu tj. zestawy roczny do aparatu, respiratora oraz obiegu okrężnego. W aparacie do znieczulenia ogólnego Prima SP-2 znajduje się monitor pacjenta M1167 bez modułu gazowego. Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów w monitorze pacjenta

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jan Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek*