



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



URS is a member of Register of Standards Providers Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Zamość, 2015-02-27

AOT.IK 2121.2.15.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wykonanie przeglądu okresowego aparatów do znieczulenia ogólnego

wpłynęły następujące pytania:  
Poniżej treść pytania i odpowiedź

Pytanie 1 dotyczy formularz oferty pkt. 7 d

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatów ze szkoleń u producenta do dokonywania przeglądów sprzętu medycznego wyszczególnionego w danym zadaniu?

*Odpowiedź:*

Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada doświadczenie i wiedzę z zakresie wykonywania przeglądów aparatów do znieczulenia ogólnego wyszczególnionych w danym zadaniu, tj. autoryzacja producenta lub certyfikat ze szkoleń u producenta.

Pytanie 2- dotyczy zadanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał wyszczególnienia na fakturze części zamiennych wymienionych podczas przeglądu?

*Odpowiedź:*

Zamawiający będzie wymagał wyszczególnienia w raporcie części zamiennych wymienionych podczas przeglądu

*Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec*