



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



URS is a member of Register of Standards Providers Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZANIENIA
KARMIENIA
PIEKARNI

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość, 2015-03-03

AOT.IK 2121.2.15.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wykonanie przeglądu okresowego aparatów do znieczulenia ogólnego

wpłynęły następujące pytania:
Poniżej treść pytania i odpowiedź

Zapytanie 1 , Zadanie nr 1

Wykonawca wnioskuję o wyłączenie do osobnego pakietu aparatów do znieczulenia wymienionych w Zadaniu nr 1, ponieważ jedynymi przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na tym terenie Polski.

W związku z wymogiem posiadania autoryzacji producenta prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu monitorów typu Beneview T5 (4szt.), M1205(4szt.), M1167, co umożliwi złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla tych urządzeń.

Odpowiedź:

Wymóg dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie wykonywania przeglądów tj. autoryzacja producenta lub certyfikat ze szkoleń u producenta dotyczy jedynie aparatów do znieczulenia ogólnego.

Zapytanie 2, Zadanie nr 1

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga przedstawienia autoryzacji producenta wystawionej z datą bieżącego roku na dzień składania ofert oraz obowiązującej na terenie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian

Zapytanie 3

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jan Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek*