

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Lp.	Nazwa aparatu	Model	Producent	Ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna cena netto	Stawka VAT %	Łączna cena brutto
1.	Wykonanie modernizacji centrali monitoringu kardiologicznego M3150B – 2szt. - wymiana użytkowanych dwóch sztuk central (jednostek głównych) M3150B (I i III piętro) z podniesieniem rewizji do poziomu pozwalającego na obsługę istniejącej sieci SDN i CareNet. - wymiana wyświetlaczy LCD, przekątna wyświetlacza min. 19” – 2szt. - fizyczne i programowe podłączenie, monitoring i zapis danych z użytkowanych kardiomonitorów M1167A – 8szt. , równoczesne wyświetlanie min. 8 wykresów (pacjentów) - dla centrali użytkowanej na I piętrze - fizyczne i programowe podłączenie,	M3150B	Philips	2				

	<p>monitoring i zapis danych z użytkowanych kardiomonitorów Viridia 24C – 6szt., IntelliVue MP20 –4szt. i z możliwością podłączenia i monitorowania dodatkowych dwóch kardiomonitorów, równoczesne wyświetlanie min. 12 wykresów (pacjentów) dla centrali użytkowanej na III piętrze)</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprogramowanie central w języku polskim, analiza zmian odcinka ST i analiza arytmii, przegląd trendów i zmian odcinka ST, archiwizacja zapisów o czasie trwania co najmniej 24 godz. , uciszanie alarmów z poziomu centrali. - eksport zapisów ekg z dwóch dostarczonych central do użytkowanego analizatora holterowskiego Zymed 1810 prod. Philips - wystawienie raportu z wykonanej usługi 							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

- *niepotrzebne skreślić*

.....
 podpis osoby uprawnionej/upoważnionej