

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania testów specjalistycznych aparatury rtg

L.p	Opis	Wymaganie	Odpowiedź oferenta
1.	Zakres testów specjalistycznych zgodny i wymieniony w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej a w przypadku mammografu również z "Europejskimi wytycznymi w zakresie zapewnienia jakości w skryningu i diagnostyce raka piersi" - czwarta edycja (European guidelines for quality assurance in breast cancer and diagnosis)	TAK	
2.	Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie usługi do wykonania testów – max 7 dni.	TAK	
3.	W przypadku konieczności obecności inżyniera serwisowego do wykonania testów danej aparatury rtg wykonawca organizuje i opłaca we własnym zakresie usługę serwisową ww. inżyniera.	TAK	
4.	Wykonawca musi posiadać akredytację na zgodność z normą PN-EN-ISO/IEC 17025 oraz umiejętności i oprzyrządowanie do wykonywania testów przez okres trwania umowy dla całej aparatury RTG wymienionej w wykazie. Dokument uprawniający do wykonywania testów specjalistycznych w/w aparatury rtg należy dołączyć do oferty	TAK	
5.	Wykonawca musi posiadać oprzyrządowanie do wykonywania testów przez okres trwania umowy całej aparatury RTG wymienionej w wykazie z ważnymi certyfikatami z kalibracji. Oświadczenie, że firma posiada ważne certyfikaty z kalibracji oprzyrządowania do wykonywania testów - dołączyć do oferty	TAK	
6.	Faktura VAT zostanie wystawiona po dostarczeniu do Zamawiającego wyników testów (wersja papierowa w dwóch egzemplarzach) zawierających wszystkie przeprowadzone pomiary, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów.	TAK	
7.	Wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.	TAK	

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.