



DZP 3320.15.21

Zamość, dnia 29 czerwca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora i systemu manualnego oraz jednorazowego sprzętu laboratoryjnego.

1. „Dotyczy Zadanie nr 2 i 4. Czy Zamawiający dopuści do podania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech miejsc, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)”.

Wyjaśnienie: W przypadku braku możliwości zakupu jednej sztuki danego wyrobu, Wykonawca w ofercie cenowej jako jednostkę miary powinien podać opakowanie z jednoczesnym określeniem ilości sztuk danego asortymentu w opakowaniu i odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. Jeżeli w wyniku odpowiedniego przeliczenia ilości sztuk na ilość opakowań, ilość opakowań będzie wyrażona liczbą ułamkową należy ilość opakowań zaokrąglić w górę bez względu na wartość ułamka. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich i muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

2. „Dotyczy §7 ust. 1.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „nie mniej niż 20 zł” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

3. „Dotyczy §7 ust. 1.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „nie mniej niż 10 zł” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

4. „Dotyczy §7 ust. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary

umownej do 5% wartości brutto **niezrealizowanej części umowy** (...), ze względu na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §7 ust. 1c umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

5. „Dotyczy OPZ Zadanie 2. Poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek o poj. użytkowej 4 ml i całkowitej 5 ml?”

Wyjaśnienie: Tak.

6. „Czy w części C, pkt 1 - opisu przedmiotu zamówienia: Noworodki, Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników do badania „Grupa krwi noworodka Anty A- B- AB – D(VI+)-Ctl-BTA” konfekcjonowanych w opakowaniach po maksymalnie 288 kart?

Taki sposób konfekcji zapewni, przy wymaganej liczbie badań 1800 w okresie 12 (dwunastu) miesięcy realizacji zamówienia, ciągłość pracy Zamawiającemu w okresie ważności produktu, a jednocześnie przyczyni się do oszczędności określonej ilości kart na wymagane przepisami walidacje nowych opakowań/serii.”

Wyjaśnienie: Tak.

7. „Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na fakt, że odczynnik wykorzystywany do „II oznaczenia Grupy Anty A -B -D(VI-)” (część C, pkt 2 - opisu przedmiotu zamówienia: Noworodki: 1800 badań), występuje również w części A, pkt 1 „Sprawdzenie grupy biorcy - 11000 badań” prosimy o dopuszczenie zaoferowania tego odczynnika w opakowaniach nie większych niż 720 kart?”

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. „Prosimy o potwierdzenie, że w części H Inne materiały eksploatacyjne wymagane do wykonania badań określonych w pkt A, B, C, D, E, F w okresie 12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych niewymienionych, a wymaganych płynów eksploatacyjnych do pracy oferowanego analizatora?”

Wyjaśnienie: Tak.

9. „Prosimy o doprecyzowanie czy w części H Inne materiały eksploatacyjne wymagane do wykonania badań określonych w pkt A, B, C, D, E, F w okresie 12 miesięcy, Zamawiający dopuści zaoferowanie bromeliny w ilości 2 op. każde po 2x100 ml, co będzie odpowiadało wymaganej ilości 400 ml przez Zamawiającego (4x100ml)?”

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. „Prosimy o doprecyzowanie czy w części H Inne materiały eksploatacyjne wymagane do wykonania badań określonych w pkt A, B, C, D, E, F – pkt 3 i 4 należy zaoferować wskazaną ilość po 12 opakowań (na rok) czy też nastąpiła omyłka i Zamawiający oczekuje po 13 zestawów na rok każdego z zestawów krwinek?”

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje dostawy 1 opakowania krwinek w miesiącu czyli 12 opakowań w roku.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu