

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
do 30.000 euro

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. (84) 677 33 33
fax (84) 638 66

Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę ciepłarki mikrobiologicznej
kod CPV : 42943700-5

I. Określenie przedmiotu zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest **ciepłarka mikrobiologiczna – 1 szt.**

Poniżej podajemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp	Parametry wymagane	Wymagania graniczne	Wartość oferowana
1	Sprzęt nowy , 2015 rok produkcji producent Model/typ Kraj pochodzenia	Tak Podać	
2	Naturalny, grawitacyjny obieg powietrza	Tak	
3	Pojemność użytkowa 80 L	Tak	
4	Zakres nastawny temperatury : + 5 od temperatury otoczenia do + 80° C	Tak	
5	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej	Tak	
6	Drzwi zewnętrzne pełne	Tak	
7	Dodatkowe , szklane drzwi wewnętrzne	Tak	
8	Liczba półek : 2 szt	Tak	
9	Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczami typu- LED	Tak	
10	Cyfrowy czasomierz procesu , zakres nastawny czasu do 99 h. 59 min.	Tak	
11	Sygnalizacja alarmowa: odchylenia temperatury, zabezpieczenia przed przegrzaniem	Tak	
12	Firma zapewnia dostawę , instalację, oraz szkolenie pracowników	Tak	

Wymogiem jest aby wartości podane w parametrach ciepłarki były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne urządzenia.

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie.

Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zaproszenia.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta zawiera wypełniony „Formularz oferty wykonawcy„ (zgodny w treści z przedstawionym wzorem) oraz n/w dokumenty:
 - 2.1 „Formularz oferty cenowej„ ,
 - 2.2 Charakterystykę techniczno-jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia zawierającą dane na temat wymaganych parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia z podaniem producenta , kraju pochodzenia oraz nazwy handlowej .
Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiającym w pełni dokonanie spełnienia warunków dotyczących parametrów technicznych urządzenia.
 - 2.3 Deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych , certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
 - 2.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
 - 2.5 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę- zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
 - 6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,
 - 6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odrębnie.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość**

i opisana: Oferta na dostawę ciepłarki mikrobiologicznej. Nie otwierać przed
10.11.2015 do godz. 14.00

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie do dnia **10.11.2015 do godz. 13.00.**
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert, jednak nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).
2. Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
Fax (84)638 66 69

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:
- w sprawach merytorycznych – mgr Urszulą Bajus tel. 84 677 38 00
 - w sprawach formalnych - Pan Daniel Tytoń tel. 84 677 32 79

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu 10.11.2015 o godz. 14.00
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – 100 %

W kryterium ceny ilość punktów będzie liczona wg poniższego wzoru:

$$\text{Ilość punktów oferty ocenianej} = \frac{\text{najniższa cena oferty brutto}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 100$$

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów za kryterium cena
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał oceny punktowej.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

VIII. Odrzucenie ofert

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1. nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu
2. nie jest złożona w formie pisemnej
3. wykonawca nie wskazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę
4. została złożona po terminie składania ofert
5. jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

IX. Unieważnienie postępowania.

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli:

1. nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zaproszenia do złożenia ofert,
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty.

X. Udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie przesłany na wskazany adres w ofercie.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w celu jej podpisania.
5. Wykonawca ,który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek