



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 11 października 2018 r.

AG.ZP.3320.64. .18

## Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do embolizacji i chemoembolizacji nowotworów. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. zadania 2 podpunkt 1:**

Czy zamawiający może sprecyzować jakie spirale są wymagane: popychalne czy odczepialne:

**Wyjaśnienie:** Spirale popychalne.

### **Pytanie dot. zadania 2:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podział zadania 2 na dwa odrębne zadania lub wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonyuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 2 poprzez rozdzielenie pozycji 1 i 2 na dwa odrębne zadania.

Obowiązujący po zmianie opis przedmiotu zamówienia to:

### **„Zadanie 2**

**Spirale embolizacyjne** obwodowe, platynowe, pokryte hydrożelowym polimerem zwiększającym objętość w kierunku wolnej przestrzeni maksymalnie 6-krotnie. Czas zwiększania objętości (pęcznienia) spiral: do 80% w czasie 5 minut, do 100% w czasie 20 minut. Dystalny odcinek spiral niepokryty hydrożelem. Możliwe dwa systemy dostarczania:

- 1) „popychalny”, spirale o średnicach 2 – 15 mm, długości 2 – 14 cm, kompatybilne z przewodnikiem 0,018” oraz 0,035”;
- 2) „odłączalny”, systemy 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania. Spirale o średnicach 3 – 20 mm i długości 5 – 30 cm, czas odłączenia 0,7 s, kontroler odłączania do maks. 20 spiral, długość przewodnika w systemie „odczepialnym” - 150 cm

**Łączna ilość – 150 szt.**

### **Zadanie 7**

**Spirale do embolizacji obwodowej**, wykonane z platyny średnicy 0,018”, kompatybilne z cewnikiem o świetle wewnętrznym 0,021”, 0,035” i 0,038”, pokryte „włoskami” z dakronu o następujących kształtach:

- stożka: średnica wierzchołka 2 – 3 mm, średnica podstawy 3 – 7 mm, długość spirali w introducerze 22 – 85 mm, długość spirali rozprężonej: 2,5 – 6,7 mm;
- prosty: średnice 2 – 7 mm, długość spirali w introducerze 10 – 70 mm, długość spirali po



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

rozprężeniu: 2 – 17 mm;  
- heliakalny: średnice 2 – 7 mm, długość spirali w introducerze 10 – 70 mm, długość spirali po rozprężeniu: 2 – 17 mm;  
**Łączna ilość – 150 szt.”.**

Wymagane ilości sprzętu w „Banku sprzętu” pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
mgr inż. Bernarda Petryk