



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.18.22

Zamość, dnia 11 lipca 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę narzędzi i akcesoriów okulistycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

### **Pytanie 1 dot. zadania 5:**

„Czy w Zadaniu 5 Zamawiający dopuści produkt równoważny tj.: pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wstępnie załadowany do jednorazowego injektora, wykonany z polyprowylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia ?

W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

### **Pytanie 2 dot. zadania 21:**

„Czy w Zadaniu 21 Zamawiający dopuści soczewkę toryczną o stopniu uwodnienia wewnątrz 25% z hydrofobową powierzchnią z częścią haptyczną 11mm?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

### **Pytanie 3 dot. zadania 1:**

„Czy w Zadaniu 1 Zamawiający dopuści nóż prosty 15 stopni, o dł. całkowitą ostrza: 7mm, z różową rękojeścią z opisem rodzaju noża?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

### **Pytanie 4 dot. zadania 2:**

„Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści nóż SLIT zagięty pod kątem 45 stopni, z dł. części stalowej 18mm, dł. ostrza: 4mm, z niebieską rękojeścią z opisem rodzaju noża?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

### **Pytanie 5 dot. zadania 19:**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Zadaniu nr 19: soczewki jednoczęściowej z dwoma haptenami typu Closed Loop, współczynnika refrakcji 1.51, w pełni preładowanej o średnicy tipa 1.65 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 6 dot. zadania 19:**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Zadaniu nr 19 soczewki o mocy optycznej: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano); od +8.0 do +30.0D (co 0.5D);

**od +31.0 do +32.0D (co 1.0D)?”**

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 7 dot. zadania 1:**

„Czy Zamawiający dopuści nóż 15st typu stab, wykonany ze stali chirurgicznej, rękojeść w kolorze zielonym, informacja o rozmiarze na opakowaniu?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 8 dot. zadania 2:**

„Czy Zamawiający dopuści nóż typu Slit 2,5mm, jednostronnie ostrzony ze znacznikiem, rękojeść ostrza posiada opis 2,5mm?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 9 dot. zadania 5:**

„Czy Zamawiający dopuści pierścień tęczówkowe w rozmiarze 6,3mm, wykonany z poliuretanu, pozostałe parametry bez zmian?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 10 dot. zapisów SWZ:**

„Dot. Rozdział IV pkt 1 ppkt 2) SIWZ.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez: Charakterystykę techniczno – jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej? Czym ten dokument różni się od Karty katalogowej / ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia?”

**Wyjaśnienie:** Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia nie zawsze zawierają wszystkie informacje na temat parametrów wymaganych i ocenianych przez Zamawiającego, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie informację na temat oferowanego przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 11 dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

**Pytanie 12 dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

**Pytanie 13 dot. zapisów SWZ:**

„Uprzejmie prosimy o wykreślenie z rozdziału XV SIWZ punktu 8.

Przygotowanie spisu treści wraz z wyszczególnieniem ilości arkuszy, w przypadku ofert elektronicznej jest niepotrzebne.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 14 dot. wzoru umowy:**

„dotyczy § 6 ust. 1. Wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

**Pytanie 15 dot. wzoru umowy:**

„dotyczy § 6 ust. 2 Wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 2 Wzoru umowy do 0,1% wartości zareklamowanych towarów za każdy roboczy dzień zwłoki.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

**Pytanie 16 dot. wzoru umowy:**

„dotyczy § 6 ust. 3 Wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 3 Wzoru umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

**Pytanie 17 dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru umowy i do Wzoru umowy następujących zapisów: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną””

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

**Pytanie 18 dot. zadania 4:**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 nóż mikrochirurgiczny jednorazowy, matowy typu Crescent, w rozmiarze 2.0 mm, zagięty pod kątem 58°?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 19 dot. zadania 6:**

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 dopuści pierścień dotorebkowy PMMA napinający, jednorazowego użytku, załadowany w injector, średnica pierścienia 11mm – 12.45mm?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 20 dot. zadania 11:**

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 dopuści koaksjalne końcówki irygacyjno-aspiracyjne zgodne z opisem SWZ pakowane po 12szt? Wykonawca może dostarczyć końcówki I/A jedynie w opakowaniach zbiorczych (pakowanych zbiorowo po 12szt). Podyktowane jest to koniecznością zagwarantowania produktu w stanie nienaruszonym oraz sterylności pojedynczych sztuk produktu.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 21 dot. zadania 19:**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 19 soczewkę o następujących parametrach: Soczewka asferyczna i bezaberracyjna, soczewka jednoogniskowa, akrylowa, hydrofobowa, jednoczęściowa w pełni preloadowana, soczewka z filtrem UV i filtrem światła fioletowego, soczewka biała, współczynnik refrakcji: 1.54, 4 oddzielne hapteny z angulacją 0° i ostrą krawędzią 360°, średnica optyczna: 6.00 mm, całkowita długość: 11.00 mm, dostępny dioptraż: 0,00 D do + 10,00 D (co 1,00 D), + 10,00 D do 34,00 D (co 0,5 D), system implantacyjny, jednorazowy, sterylny, w pełni preloadowany typu PUSH, do cięcia 2.2 mm?”  
**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 22 dot. zadania 20:**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20 soczewkę o następujących parametrach: Soczewka asferyczna i bezaberracyjna, soczewka jednoogniskowa, akrylowa hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna, do mikrocięcia 1,8 mm, wyposażona w filtr UV, soczewka asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki, funkcja anti-glare redukująca odblaski, soczewka jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. konstrukcja 4 pełnych haptyków narożnych, angulacja haptyków 10 stopni, ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki poziom uwodnienia soczewki 26%, współczynnik refrakcji 1,46, wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu, soczewka dostępna w dioptrażach od 0 do + 30,0 D, od 0,0D do + 10,00D co 1D, od + 10,0D do + 30,0D co 0,5D, średnica całkowita soczewki zależna od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do + 15,0D, 10, 7mm od + 15,5D do + 22,0D, 10,5 mm od + 22,5D do + 30,0D, średnica części optycznej soczewki zależna od dioptrażu: od 0,0D do + 15,0D średnica części optycznej 6,2 mm od + 15,5D do + 22,0D średnica części optycznej 6,0 mm, od + 22,5D do + 30,0D średnica części optycznej 5,6 mm, do każdej soczewki dołączony injector jednorazowy 1,8 mm (injectory pakowane w box po 10 szt).?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 23 dot. zadania 21:**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 21 soczewkę o następujących parametrach: Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa tylna powierzchnia toryczna soczewki z znacznikami poprawności na części optycznej soczewka z filtrem UV uwodnienie soczewki 4% współczynnik refrakcji 1,54 dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop. optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki (step voutlet), co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź (poniżej 10um), soczewka posiadająca otwory fenestracyjne na części haptycznej, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez zmniejszenie siły powstałej przy obkurczaniu torebki na część optyczną, soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków (glistening free – certyfikat FDA), średnica optyczna 6,0 mm, długość całkowita 12,5 mm, zakres dioptrażu od 0,0D do + 30D co 0,5D, dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D; 5,00D; 5,75D, dołączony jednorazowy injector do cięcia 2,2mm (injector pakowany w box po 10 szt).?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 24 dot. zadania 1:**

„Czy zamawiający dopuści nóż o poniższych parametrach: Nóż okulistyczny prosty zaprojektowany do wykonywania portów bocznych oraz tunelu twardówkowego, ostrze ścięte pod kątem 15 stopni obustronnie ostrzony, szerokość części roboczej 1,6 mm. Długość części roboczej ostrza wraz z trzonkiem 135 mm, grubość ostrza

0,12 –0,22 mm.”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 25 dot. zadania 2:**

„Czy zamawiający dopuści nóż o poniższych parametrach:

Nóż jednorazowy typu slit, zagięty pod kątem 45 stopni, ostrzony od góry, matowy o kalibracji 2,5 mm, długość 134 mm, wykonany ze stali chirurgicznej, niebieska rękojeść z numerem katalogowym noża?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 26 dot. zadania 19:**

„Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 1-4% oraz filtr UV i światła niebieskiego z jednorazowym kartridżem oraz iniektorem do implantacji. Średnica części optycznej 6mm, średnica całkowita soczewki 13,0 mm, angulacja 0 stopni, indeks refrakcji 1,48. Zakres mocy od 5,00D do 30,00D co 0,5D, stała A: 118,5?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 27 dot. zadania 20:**

„Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia 26%. Cztery haptyki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów. Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 28 dot. zadania 21:**

„Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa, asferyczna z ujemną aberracją sferyczną, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowane C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz filtrem światła fioletowego w zakresie 400-440nm. Zakres dioptrażu od +10,00D do +30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia 2,2-2,4mm. Uwodnienie 1-4%. Liczba Abbego 49. Współczynnik refrakcji 1.48?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 29 dot. zadania 19:**

„Czy Zamawiający w Zadaniu 19 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową, zwijalną, jednoczęściową z dwoma pełnymi haptenami kształtu C-Loop, materiał: akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV, stopień uwodnienia w materiale

soczewki: poniżej 1%, kompatybilna z laserem Nd:YAG, średnica całkowita: 13,0 mm, średnica części optycznej: 6,0 mm, angulacja: 0°, współczynnik refrakcji: 1,47, zabezpieczenie przed PCO: ciągła 360° ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki, dioptraż: +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D, stała A – jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie 2.2-2.4 mm wraz z kartridżem, implantacja przez injector wielorazowy?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 30 dot. zadania 19:**

„Czy Zamawiający dopuści soczewkę zwijalną o współczynniku refrakcji 1,49, zapakowaną do kartridża oraz iniektora typu preloaded o średnicy tipa 1,81 mm dla mocy soczewek od +6,0 do +24,0 D oraz 1,92 mm dla mocy od +24,5 do +30,0 D, pozostałe parametry bez zmian?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 31 dot. wzoru umowy:**

„Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości podwyższenia ceny jednostkowej brutto w przypadku ustawowego wzrostu stawki podatku VAT, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto na dotychczasowej wysokości?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

**Pytanie 32 dot. zadania 1:**

„Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści nóż okulistyczny boczny 15° o kalibracji 1,75 mm?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 33 dot. zadania 2:**

„Czy zamawiający w zadaniu 2 dopuści nóż okulistyczny 2,5mm zagięty pod kątem 40 °, bez wystającego znacznika?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

**Pytanie 34 dot. zadania 3:**

„Czy zamawiający w zadaniu 3 dopuści nóż okulistyczny trapezoidalny z dwoma znacznikami 1.5 – 1.7 mm?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 35 dot. zadania 4:**

„Czy zamawiający w zadaniu 4 dopuści nóż okulistyczny Crescent w rozmiarze 2,0mm ?”

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SWZ.

Adam Fimiarz  
/-/  
p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu