



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 26.07.2024 r.

AT.Z.2150.44.6.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę zestawów obłożenia do operacji sercowo-naczyniowych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Zadanie nr 1

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach taśmy samoprzylepnej włókninowej +/- 1 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Zadanie nr 2

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pokrowcami na stopy typu bucik o wymiarach 17 cm x 38 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną o wymiarach 230 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery „U” z zintegrowanymi organizernami przewodów? Serweta z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 140g/m² (podstawowa gramatura 60g/m² oraz wzmocnienie 80g/m²) - w miejsce serwety 175 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20 cm x 100 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 4

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą wzmocnioną do chirurgii naczyniowo – sercowej w kształcie litery „T” o wymiarach 200/300 cm x 330 cm z otworem wypełnionym folią w rozmiarze 32 cm x 40 cm, wraz z zintegrowanymi torbami po obu stronach otworu oraz trzema organiz-

erami przewodów? Serweta z laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze 160g/m² -w miejsce serwety w kształcie litery "T" 300/225 cm x 370 cm z otworem 38 cm x 40cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 5

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do zestawu jednokomorowych torebek na narzędzia, dzięki czemu umożliwi to umieszczenie ich w dogodnym miejscu wokół ekranu anestetycznego?

Odpowiedź:

Tak.

Zadanie nr 6

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do zestawu uchwytów do mocowania przewodów oraz drenów, typu rzep z możliwością przymocowania ich w dowolnym miejscu serwety?

Odpowiedź:

Tak.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Adam Fimlarz
Adam Fimlarz