

Zamość, dnia 4 listopada 2019 r.



AG.ZP.3320.78. .19

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę aparatów USG**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 2:

Pytanie 1. do pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie do postępowania aparat USG który posiada najnowszej generacji mechanizm podstawy jezdnej o czterech niezależnych skrętnych kołach, z możliwością blokady każdego z kół, ale bez centralnej blokady. Pragniemy nadmienić, iż producent stosował blokadę centralną w starszych modelach, zrezygnował z tego rozwiązania w nowych aparatach gdyż jest to całkowicie zbędna funkcja ze względu na nowoczesną, kompaktową i lekką budowę nowych aparatów. Aparat, jaki chcemy zaproponować jest zwrotnym, kompaktowym, z najnowszej serii aparatów który swoją premierę miał w tym roku na Europejskim Kongresie Radiologii, ECR 2019.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 2:

Pytanie 2. do pkt. 62

Zamawiający w pkt. 62 wymaga możliwości rozbudowy o głowicę o częstotliwości pracy min. 10-22 MHz, jednocześnie wymaga dostarczenia wraz z aparatem głowicy o praktycznie identycznym zakresie pracy min. 8-22 MHz (pkt. 38). Prosimy o potwierdzenie, że wymaga dostarczenia takiej głowicy, a pkt. 62 został wpisany omyłkowo i wykreślenie go ze specyfikacji.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia głowicy liniowej o częstotliwości pracy min. 8 – 22 MHz. Jednocześnie Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany zał nr 1 dla zadania 2 poprzez wykreślenie pkt. 62 z formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych.

Pytanie dot. zadania 1 pkt. 25:

Zamawiający w tym punkcie wymaga dostarczenia aparatu z anatomicznym M-mode. Funkcja taka wykorzystywana jest jedynie w badaniach kardiologicznych, natomiast Zamawiający wyspecyfikował aparat do badań naczyniowych oraz transkraniálních, o czym świadczy wymagane oprogramowanie oraz zewnętrzny moduł „ślepego dopplera”. Co prawda Zamawiający wymaga głowicy sektorowej jednak przy tej specyfikacji będzie ona służyła do badań transkraniálních. Pragniemy nadmienić, że wymóg ten nie ma uzasadnienia

Certyfikat nr 51705/B/0001/LK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/LK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/LK/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/LK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/LK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

medycznego w przypadku zastosowań wymienionych przez Zamawiającego, a jedynie zwiększa cenę aparatu.

W zawiązaniu z powyższym prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez anatomicznego M-Mode w standardowej konfiguracji, natomiast posiadającego możliwość rozbudowy o anatomiczny M-Mode.

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający dopuszcza aparat bez automatycznego M-Mode, natomiast posiadającego możliwość rozbudowy o anatomiczny M-Mode.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek