



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 27 kwietnia 2021 r.

AT.Z.2150.29.6.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia na dostawę odczynników do Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Zadanie IV Test do oznaczania Clostridium difficile (antygen + toksyna).

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego limit detekcji dla Clostridium difficile Toxin A + Toxin B Combo Rapid Test Cassette określono na poziomie 1 ng/ml dla GDH i toksyny B oraz 2 ng/ml dla toksyny A?”

Odpowiedź na pytanie:

Nie

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu