

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 15.04.2016 r.

AG.Z.2150.44.3.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny jednorazowego i wielorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1. Do zadania 2:

Czy Zamawiający wymaga zatem, aby odzież operacyjna spełniała parametry jak poniżej:

- pylenie,
- czystość pod względem cząstek stałych,
- czystość mikrobiologiczna,
- wytrzymałości na wypychanie na sucho
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho.

Odpowiedź: Wiążące są zapisy w zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie 2. Do zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów sercowo-naczyniowych wykonanego z laminatu 2 -warstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55 m/m² oraz ze wzmocnieniami w obszarach krytycznych o gramaturze 110 g/m²? Z kieszenią samoprzylepną dwukomorową pakowaną oddzielnie?

Odpowiedź: Tak.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
(-) *lek. med. Marek Lipiec*



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWIASCZCZANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

