

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z. 2150. 29. 9. 2015

Zamość 05.11.2015 r

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę ciepłarki mikrobiologicznej wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

#### Pytanie- 1

Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę mikrobiologiczną o pojemności użytkowej 118 litrów?

#### Odpowiedź:

Tak ,Zamawiający wyraża zgodę .

#### Pytanie- 2

Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę mikrobiologiczną ze sterownikiem mikroprocesorowym z wyświetlaczem LCD ?

#### Odpowiedź:

Tak ,Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem:



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWIASCZANIA  
KARMIENIA  
PIERWSIA



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524