



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość , dnia 12.03.2021 r.

Sprawa: AT.Z.2150.17.2.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę drobnego wyposażenia okulistycznego dla AOS wpłynęło zapytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź:

Dotyczy Zadania nr 7 (Tablice Snellena)

Pytanie 1 :

„Czy Zamawiający zaakceptuje wyrób o wymiarach: 560 x 395 x 60 mm spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SIWZ?

Proponowany wyrób nieznacznie różni się gabarytami od wymaganego, a jego akceptacja podniesie poziom konkurencyjności.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu