



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23 listopada 2018 r.

AG.ZP.3320.77. .18

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu podstawowego (zestawy wprowadzające, przewodniki, cewniki, koszulki naczyniowe i inny sprzęt pomocniczy). Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. zadania 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodników o końcówkach prostej, zagiętej, J, bez typu Boila, w dostępnych długościach R2, 3, 4, 6 mm?

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 4:**

Czy w Zadaniu nr 4 – przewodniki hydrofilne, Zamawiający dopuści złożenie oferty z przewodnikami

- rdzeń w całości wykonany z nitinolu, pokryty poliuretanowym płaszczem i pokryty warstwą hydrofilną

- dostępne długości 150, 180 i 260 cm

- dostępne średnice 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038"

- końcówki: prosta, zagięta, dostępny przewodnik kształtowany i typu STIFF z dwoma końcówkami roboczymi, jedną zagiętą standard i drugą prostą typu soft

- końcówka elastyczna o długości 3 cm

- różne sztywności przewodnika: standard, sztywny STIFF?

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 1:**

Prosimy o dopuszczenie koszulek o dł 11cm i następujących parametrach:

• średnice w zakresie: 5, 6, 7 oraz 10, 12, 14 F

• w zestawie dilatator, przewodnik zakrzywiony w J

• koszulka z zastawką hemostatyczną i portem bocznym

• igła prosta bez mandrynu, 18G, długość 70 mm

• otwór w igle kompatybilny do przewodników 0.035" dla koszulki 5F oraz 0,038" dla koszulek 6-14F

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dot. zadania 4:**

Prosimy o dopuszczenie przewodników z pokryciem hydrofilnym

- dostępne długości – 150, 180, 260cm

- dostępne średnice 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"

- końcówki: prosta oraz J

- końcówka elastyczna w dostępnych długościach: 3 cm/ 5 cm



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPRAWY CHIRURGA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

- różne sztywności przewodnika: standard, sztywny

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 12:**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 12 siwz systemu do usuwania ciał obcych o następujących parametrach:

- zestaw składający się z dwupłaszczyznowej pętli, cennika prowadzącego pętli, wspornika do wprowadzania pętli i torquera.
- rozmiar maks 6F
- zakres pracy 5-40mm (średnica pętli 5-30 mm)
- długość pętli 125cm
- długość cewnika prowadzącego 105 cm
- duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1, pętla dobrze widoczna w rtg, cewnik odporny na załamania i zagięcia, umożliwiające sterowanie systemem
- dodatkowo dostępne pętle czterooczkowe w formie koszyka o zakresie pracy do 40 mm i średnicy zewnętrznej koszulki 8F długości 100 cm

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 13:**

Czy w pakiecie 13 Zamawiający dopuszcza również urządzenie do zamykania naczyń o identycznych parametrach i średnicy 5, 6, 7F, co umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji a Zamawiającemu pozwoli wybrać najbardziej korzystną ofertę?

**Wyjaśnienie:** Nie.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek